



Consumer and  
Corporate Affairs Canada  
Legal Metrology

Consommation  
et Corporations Canada  
Métrologie légale

S.WA-T117 REV.1

Approval Listing Number

Ottawa, 27-11-81

RECORD OF APPROVAL ACTION  
Formule d'enregistrement de l'approbation

This Notice of Approval supersedes S.WA-T117 issued April 4, 1979

Le présent avis remplace l'avis S.WA-T117 en date du 4 avril 1979

Company Requesting Approval:

Ametron Western Hemisphere Inc.  
Division of Mangood Corporation  
1125 Dundas St. E.  
Mississauga, Ontario

Type of Device: Streeter Amet  
Low Profile Electronic Floor  
Scale, model 7000, with Streeter  
Amet Model 4500 Electronic  
Digital indicator (S.WA-T1051).

Dimensions du tablier  
Platform Size

4 x 4  
4 x 6  
5 x 7

Société demandant l'approbation:

Ametron Western Hemisphere Inc.  
Division of Mangood Corporation  
1125 Dundas St. E.  
Mississauga, Ontario

Appareil: Bascule de sol élec-  
tronique surbaissée Streeter  
Amet, modèle 7000, à indicateur  
numérique électronique Streeter  
Amet, modèle 4500 (S.WA-T1051).

Capacity - lb  
Capacité - lb

5,000  
7,000 and/et 10,000  
10,000 and/et 20,000  
or/ou  
Metric equivalent  
L'équivalent métrique

Conditions of Approval:

1. This approval covers 5 devices only. Each device sold, leased or otherwise disposed of, must be reported to the Head, Mass Laboratory, Legal Metrology Branch, Ottawa, by the manufacturer or distributor.

Conditions d'approbation:

1. La présente approbation ne couvre que cinq appareils. Le fabricant ou le distributeur doit faire part de tout appareil vendu, loué ou cédé de quelque autre façon, au Chef du laboratoire des masses, de la Direction de la métrologie légale, à Ottawa.

Conditions of Approval: (Cont'd)

2. No device shall be sold, leased or otherwise disposed of, for use in trade, without written disclosure to the purchaser, prior to the sale, that the device has received only temporary approval.

3. This approval to expire December 31, 1982.

4. On expiry of this approval only models listed or described having the same nominal capacities and the same nominal physical dimensions and construction as an installation that has been inspected and verified by Weights and Measures, will be considered for full formal approval. After the date of expiry of this Temporary Approval if a model that has not been approved is to be installed, a new application must be submitted, with installation drawings, in order that the Temporary Approval may be reactivated and an inspection arranged.

File No.: G6922-5500-10

Conditions d'approbation: (Suite)

2. Aucun appareil ne peut être vendu, loué ou cédé de quelque autre façon sans qu'une déclaration écrite soit remise à l'acheteur, avant la vente l'informant que l'appareil n'a reçu qu'une approbation temporaire.

3. La présente approbation prendra fin 31 décembre 1982.

4. A compter de la date d'échéance de cette approbation, seuls les modèles figurant dans la liste ou décrits comme possédant la même capacité nominale, les mêmes dimensions physiques et la même construction qu'une installation inspectée et vérifiée par la Direction des poids et mesures, pourront recevoir l'approbation officielle permanente. Après la date d'échéance de la présente Approbation temporaire, une nouvelle demande, comprenant les dessins de l'installation devra être présentée pour tout modèle, qui n'a pas été approuvé, en vue de permettre la réémission d'une approbation temporaire et de prendre les dispositions nécessaires pour l'inspection.

Dossier No.: G6922-5500-10



W.R. Virtue

Acting Chief  
Legal Metrology Laboratories

Chef intérimaire  
Laboratoires de la métrologie  
légale

APR 7 1982