



Consumer and
Corporate Affairs

Consommation et
corporations

Legal Metrology

Métrie Légale

S.WA-X178

Approval No. d'approbation

March 5, 1981
Ottawa
5 mars 1981

NOTICE OF APPROVAL – AVIS D'APPROBATION

COMPANY: Toledo Scale Co. of Canada Ltd.

SOCIETE: Toledo Scale Co. of Canada Ltd.

MANUFACTURER: Toledo Scale Co. of Canada
Ltd.

FABRICANT: Toledo Scale Co. of Canada Ltd.

TYPE OF DEVICE: Electro-Mechanical
Dormant Scale

APPAREIL: Bascule électromécanique fixe

MODEL NUMBERS NÚMEROS DE MODELE

Base - Toledo 2151 S.WA-164

CAPACITY CAPACITÉ

3,000 lb x 1 lb

Socle - Toledo 2151 S.WA-164

3 000 lb x 1 lb

Indicator - Toledo 8134 S.WA-805

or metric equivalent
ou l'équivalent métrique

Indicateur - Toledo 8134 S.WA-805

APPROVED ACCESSORIES: This device may be
used with any approved compatible
accessory.

ACCESOIRES APPROUVÉS: Cet appareil peut
être utilisé avec tout accessoire compatible
approuvé.

APPLICATION: The weighing of pulp bales in
the paper industry.

UTILISATION: Le pesage de ballots de pâte
dans l'industrie du papier.

DEVICE DESCRIPTION: This device is a
mechanical dormant scale connected to a
single load cell. Indication is by means
of Toledo 8134 digital readout which is
interfaced to a computer. The computer
calculates the moisture content of entire
bales of pulp and mathematically deducts
this amount of moisture from the scale
weight and prints the result as a net
weight. This method of calculating
the moisture content is known as the
TAPPI Standard T210 method.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL: Cet appareil
est une bascule mécanique fixe reliée à un
seul dynamomètre. L'affichage est réalisé
grâce à un dispositif d'affichage numérique
Toledo 8134 qui est connecté à un ordinateur.
L'ordinateur, après avoir calculé la teneur
en eau des ballots de pâte en entier, sous-
tract cette quantité du poids enregistré par
la bascule et affiche le poids net ainsi
obtenu. Cette méthode de calcul de la teneur
en eau est celle de la norme TAPPI T210.

CONDITIONS OF APPROVAL: 1) This approval
only applies to the two devices identified
as Toledo scale number 1 or press number 1,
and Toledo scale number 2 or press number 2
installed at Canadian International Paper
Company, La Tuque, Québec.

CONDITIONS D'APPROBATION: 1) Le présent avis
ne vise que les deux appareils suivants ins-
tallés à l'usine de la Compagnie
internationale de papier du Canada, à La
Tuque, Québec: la bascule Toledo numéro 1
ou presse numéro 1, et la bascule Toledo
numéro 2 ou presse numéro 2.


S.WA-X178
March/mars 5, 1981

Approval is granted under the Weights and Measures Regulations S.C.1970-71-72 chapter 36, and the Weights and Measures Regulations C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'application C.R.C.c., 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

Reference No.: G6922-R218-15

No. de référence: G6922-R218-15



Robert Bruce
Acting Chief
Weights & Measures Division
Legal Metrology Branch

Chef intérimaire
Division des poids et mesures
Direction de la Métrologie légale