



Consumer and
Corporate Affairs Canada
Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada
Métrie léale

S.WA-T184

Approval Listing Number

Ottawa, 9-3-81

DRAFT REPORT FOR SUBMISSION TO THE APPROVALS COMMITTEE
Brouillon pour soumission au Comité d'Approbation

Applicant: Tokheim Canada Ltd.
5988 Ambler Drive
Mississauga, Ont.
L9W 2P2

Requérant: Tokheim Canada Ltd.
5988 Ambler Drive
Mississauga, Ont.
L9W 2P2

Type of Device: Double-case
volumetric meter for refined
petroleum liquids.

Type d'appareil: Compteur volu-
métrique à double carter destiné
aux liquides pétroliers.

<u>Modèle</u>	<u>Taille</u>	<u>Débit</u>	<u>Pression</u>	<u>Carter extérieur</u>
<u>Model</u>	<u>Size</u>	<u>Capacity</u>	<u>Pressure</u>	<u>Outer Case</u>
2415-60-SP	6-inch 6-pouces	4500-900 L/M (1000-200 GPM) 4500-900 L/M (1000-200 gal/min)	150 PSIG 150 lb/po ²	Steel Acier

Location: One meter is installed
on cut-back bunker and one on
diesel at:

Bel Air Shipyards
Vancouver, B.C.

Utilisation: Un compteur sert au
mesurage du pétrole brut fluidifiée et l'autre au mesurage du
carburant diesel aux:

Bel Air Shipyards
Vancouver, B.C.

Conditions: The manufacturer is
to furnish a copy of the factory
test results to the Chief,
Weights and Measures.

Conditions: Le fabricant doit
remettre au Chef de la Division
des poids et mesures un exemplaire
des résultats d'essais effectués
à l'usine.

The meters are to be retested on-site after a throughput of at least 5,000,000 litres (1,000,000 gallons) at flow rates of 1000 L/M, 2000 L/M, 3000 L/M and 4000 L/M and the results of three tests at each rate recorded and forwarded to the Chief, Weights and Measures. These tests are to be witnessed by an Inspector.

Les compteurs doivent être de nouveau soumis à l'essai sur le terrain après avoir mesuré au moins 5 000 000 litres (1 000 000 gallons) aux débits de 1000 L/min, 2000 L/min, 3000 L/min et 4000 L/min. Les résultats de trois essais exécutés à chaque débit doivent être enregistrés et envoyés au Chef de la Division des poids et mesures. Les essais doivent être exécutés en présence d'un inspecteur.

File: 6953-T168-16

Dossier: 6953-T168-16



Richard Knapp, Director
Legal Metrology Branch

Directeur de la Métrologie Légale



Consumer and
Corporate Affairs Canada
Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada
Métrie léale

APPROVAL NO - N° D'APPROBATION
S.WA-T184 Rev 1

NOV 28 1983

NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL

THIS REVISION IS TO REVOKE THE NOTICE OF
TEMPORARY APPROVAL S.WA-T184.

Company: Tokheim Canada Limited
5988 Ambler Drive
Mississauga, Ontario
L9W 2P2

Type of Device: Double-case volumetric
meter for refined petroleum liquids.

Model Number: 2415-60-SP

Location: Bel Air Shipyards, Vancouver,
British Columbia, for one meter on
cut-back bunker and one on diesel.

Reason: These meters are not for use in
trade, Tokheim Corporation, Fort Wayne,
Indiana, wants to cancel this application
for approval, as per
Mr. M.E. Stilabower's letter dated
83-06-07.

Reference No.: G6953-T168-16

AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE

CETTE REVISION EST POUR ABROGER L'AVIS
TEMPORAIRE D'APPROBATION S.WA-T184

Société: Tokheim Canada limitée
5988, rue Ambler
Mississauga, Ontario
L9W 2P2

Appareil: Compteur volumétrique à
double carter destiné aux liquides
pétroliers.

Nº de modèle: 2415-60-SP

Emplacement: Bell Air Shipyards,
Vancouver, Colombie-Britannique, pour un
compteur servant au mesurage du pétrole
brut fluidifié et l'autre pour carburant
diesel.

Raison: Ces compteurs ne sont pas pour
usage commercial, Tokheim Corporation,
Fort Wayne, Indiana veut canceller cette
demande d'approbation, tel que mentionné
sur la lettre datée 83-06-17 de
Monsieur M.E. Stilabower.

Nº de référence: G6953-T168-16

W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie léale

NOV 28 1983

Canada