



Consumer and  
Corporate Affairs Canada  
Legal Metrology

Consommation  
et Corporations Canada  
Métrie léale

X-194

Approval Listing Number

Ottawa, SEP 7 1982

NOTICE OF SPECIAL APPROVAL  
Avis d'approbation spéciale

THIS NOTICE OF SPECIAL APPROVAL  
SUPERSEDES NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL  
ACTION S.WA-T132 Revision I DATED  
January 18, 1980.

LE PRÉSENT AVIS D'APPROBATION SPÉCIALE  
REMPLECE L'AVIS D'APPROBATION PROVISOIRE  
S.WA-T132, REVISION 1, EN DATE DU 18  
janvier 1980.

Company: Digi-Digital Scale of Canada  
1 Hafis Road  
Toronto, Ontario  
M6M 2V6

Société: Digi-Digital Scales of Canada  
1 Hafis Road  
Toronto, Ontario  
M6M 2V6

Manufacturer: Teraoka Seikosho Co. Ltd.,  
5-13-12 Kugahara, Ohta-ku,  
Tokyo, Japan

Fabricant: Teraoka Seikosho Co. Ltd.,  
5-13-12 Kugahara, Ohta-ku  
Tokyo, Japan

Type of Device: Electronic computing  
scale.

Appareil: Balance calculatrice électronique.

<u>MODEL NUMBER</u> <u>No. de modèle</u>	<u>CAPACITY</u> <u>Capacité</u>	<u>SERIAL NUMBER</u> <u>No. de série</u>
DS60-30	30 lb x .01 lb 15 kg x .005 kg	3000 to/à 4000 inclusive/inclusivement
DS60-30D*	30 lb x .01 lb. 15 kg x .005 kg.	
DS60-15	15 lb x .005 lb. 6 kg x .002 kg.	
DS-60-15D*	15 lb x .005 lb. 6 kg x .002 kg.	

\*Plus fractional pricing

\*plus le calcul fractionnaire du prix.

Approved Accessories: Printer model  
DP9100.

Accessoires approuvés: Imprimante  
modèle DP9100.

Description: This is a fully electronic  
computing scale with a flexure mounted  
load cell for weight sensing and a micro-  
computer for control and processing of  
data.

Description: Il s'agit d'une balance  
calculatrice entièrement électronique  
qui utilise un dynamomètre de flexion  
comme organe de pesage et un micro-  
ordinateur comme organe de commande et  
de traitement des données.

- 2 -

Description: Continued

The indicator is pod mounted with a customers display on one side and an operators display on the other.

Special Conditions:

- (1) These devices are exempt from section 15 of the Ministerial Specification SGM-1 for any weight up to 0.2 pounds placed on the platter.
- (2) These devices are exempt from section 14.5 for cancellation of tare by removal of net load.

Condition of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72 chapter 36, and the Weights and Measures Regulations C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Reference No.: G6922-T192

Description: Suite

L'indicateur est installé sur une colonne et permet une lecture par le client d'un côté et une lecture par le préposé de l'autre côté.

Conditions particulières:

- (1) Le présent appareil est exempté de l'article 15 de la prescription ministérielle SGM-1 pour tout poids allant jusqu'à 0.2 lb. qui est placé sur le plateau.
- (2) Le présent appareil est également exempté de l'article 14.5 pour ce qui est de l'effacement de la tare occasionné par le fait d'enlever le poids net du plateau.

Condition d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur 'poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'application C.R.C.c., 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement, et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

No. de référence: G6922-T192

Acting Chief  
Legal Metrology Laboratories



W.R. Virtue

Chef intérimaire  
Laboratoires de la Métrologie légale