



Consumer and
Corporate Affairs Canada
Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada
Métrieologie légale

APPROVAL NO. -N ° D'APPROBATION
S.WA-X201

NOV 14 1983

NOTICE OF SPECIAL APPROVAL

THIS NOTICE OF APPROVAL SUPERSEDES NOTICE
OF TEMPORARY APPROVAL S.WA-T129

Company: La Compagnie Price Limitée,
1100 rue Melançon,
Alma, Lac St. Jean, Québec

Manufacturer: Toledo Scale, Division of
Reliance Electric,
Windsor, Ontario

Type of Device: Electronic paper roll
scale that when interfaced to an approved
and compatible digital weight indicator
becomes a weighing system.

Model Number: Indicator - Toledo 8130
Weighing element - Lamb-
Grays Harbour Co.

Accessories: Compatible accessories that
meet the requirements and perform in
accordance with the Weights and Measures
Act, Regulations and Specifications may
be used.

Description: This device consists of a
weighing element fabricated by Lamb-Grays
Harbour Co. utilizing Toledo load cell
mounting assemblies with type C3P1, 5000
lb., BLH load cells.

The weight is displayed by a model 8130
Toledo indicator.

AVIS D'APPROBATION SPÉCIALE

LE PRÉSENT AVIS D'APPROBATION REMPLACE
L'AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE
S.WA-T129.

Société: La Compagnie Price Limitée,
1100 rue Melançon,
Alma, Lac St. Jean, Québec

Fabricant: Toledo Scale, Division of
Reliance Electric,
Windsor, Ontario

Appareil: Balance électronique pour
rouleaux de papier qui, une fois reliée
à un indicateur pondéral numérique,
approuvé et compatible, forme un
ensemble de pesage.

N° de modèle: Indicateur - Toledo 8130
Element de pesage -
Lamb-Grays Harbour Co.

Accessoires: Peuvent être utilisés les
accessoires compatibles qui satisfont
aux exigences de la Loi, du Règlement et
des prescription ministérielles
régissant les poids et mesures.

Description: L'appareil comprend un
élément de pesage fabriqué par Lamb-Grays
Harbour Co. et constitué d'un ensemble
Toledo à cellules de pesage BLH de 5000
lb, type C3P1.

Le poids est affiché par un indicateur
Toledo de modèle 8130.

.../2

- 2 -

Special Conditions:

- (1) All printed weights not originating from the live scale weight (e.g.; keyboard or computer calculated "Theoretical" weights) must be identified as being "non-live" or "manually" entered weights.
- (2) All existing installations covered by this approval are exempt from section 9 and 9.3 of the Ministerial Specifications SGM-3.

Conditions of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Reference No.: G6922-T170-4

Conditions particulières:

- (1) Tous les poids imprimés que ne sont pas obtenus par une pesée (par exemple, les poids théoriques calculés par le clavier ou l'ordinateur) doivent être désignés comme des poids théoriques ou introduits manuellement.
- (2) Toutes les installations existantes visées par le présent avis sont exemptées de la section 9 et 9.3 de la directive ministérielle SGM-3.

Conditions d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'application C.R.C.c. 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

N° de référence: G6922-T170-4



W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

NOV 14 1983