



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Legal Metrology

Métrologie légale

APPROVAL No. -N° D'APPROBATION

S.WA-X202

NOV - 2 1983

NOTICE OF SPECIAL APPROVAL

AVIS D'APPROBATION SPÉCIALE

This Notice of Approval supersedes
S.WA-T204 dated August 10, 1981.

Le présent avis d'approbation remplace
l'avis S.WA-T204 en date du 10 août
1981.

Company: Aurora Scale Mfg., Ltd.,
P.O. Box 545
Aurora, Ontario

Société: Aurora Scale Mfg., Ltd.,
P.O. Box 545
Aurora, Ontario

Manufacturer:
Understructure: Ramsey Rec.
Weight Indicator: Analogic, AN5322

Fabricant:
Sous-structure: Ramsey Rec
Indicateur pondéral: Analogic, AN5322

Type of Device: Combination Rail and
Road Weighbridge.

Appareil: Pont-bascule ferroviaire et
routier combiné.

MODEL NUMBER
N° de modèle

CAPACITY*
Capacité*

LOAD CELL
Dynamomètre

EC-1072-200-3

400 000 lbs

Revere 200K,
compression/de
compression

*or metric equivalent.

*ou l'équivalent métrique.

Options: Aurora Weighman Scale Computer
and a Dot Matrix Ticket Printer.

Options: Ordinateur pour balance Aurora
Weighman et imprimante de tickets par
points.

Accessories: Compatible accessories that
meet the requirements and perform in
accordance with the Weights and Measures
Act, Regulations and Specifications may
be used.

Accessoires: Peuvent être utilisés les
accessoires compatibles qui satisfont
aux exigences de la Loi, du Règlement et
des prescriptions ministérielles
régissant les poids et mesures.

Description: This device is an
electronic combination truck/truck scale.
The weighbridge is suspended by 6 Revere
compression load cells each of 200K
capacity. The weighbridge is restrained
longitudinally and laterally by stay
rods.

Description: Le présent appareil est un
pont-bascule ferroviaire et routier
combiné électronique. Le châssis récep-
teur est soutenu par 6 dynamomètres de
compression Revere ayant chacun une
capacité de 200K. Des tirants de
fixation limitent le mouvement longitu-
dinal et latéral du châssis récepteur.

Description: Continued

Weight indication is by means of an Analogic AN5322 "Digitizer" interfaced to a "Weighman" scale computer and a Dot Matrix printer.

This approval covers one device only which is installed at Eastern Steel Casting, I'vaco Division, L'Orignal, Ontario.

Conditions of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Reference No.: G6922-A364-15


Description: Suite

L'affichage du poids est réalisé au moyen d'un convertisseur analogique/numérique Analogic AN5322 relié à un ordinateur pour balance "Weighman" et une imprimante par points.

Le présent avis d'approbation ne vise qu'un appareil installé à la société Eastern Steel Casting, Division I'vaco, L'Orignal, Ontario.

Conditions d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au Règlement d'application C.R.C.c., 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit Règlement, et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

N° de référence: G6922-A264-15



W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

NOV - 2 1983