



Consumer and
Corporate Affairs Canada
Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada
Métrieologie légale

S.WA-T227

Approval Listing Number

Ottawa, SEP 20 1982

NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL
Avis d'approbation temporaire

Company: Masstron Scale Limited
1175 Appleby Line
Burlington, Ontario
L7L 5H9

Société: Masstron Scale Limited
1175 Appleby Line
Burlington, Ontario
L7L 5H9

Manufacturer: Masstron Scale Ltd.,
1175 Appleby Line
Burlington, Ontario
L7L 5H9

Fabricant: Masstron Scale Ltd.,
1175 Appleby Line
Burlington, Ontario
L7L 5H9

Type of Device: Crane scale.

Appareil: Bascule à grue.

<u>MODEL NUMBER</u> <u>No. de modèle</u>	<u>CAPACITY(lbs)*</u> <u>Capacity(lbs)*</u>	<u>LOAD CELL RATING</u> <u>Cap. du dynamomètre</u>
MH8405M	5 000	5 000
MH8410M	10 000	10 000
MH8420M	20 000	20 000
MH8430M	30 000	50 000
MH8440M	40 000	50 000
MH8450M	50 000	70 000
MH8460M	60 000	70 000

*or metric equivalent

*ou l'équivalent métrique.

Description: This device is a double shear beam load cell supported by a mechanical configuration which is suspended from a crane. The load cell is interfaced to any approved indicator.


Description: L'appareil est constitué d'un dynamomètre de cisaillement double supporté par une structure mécanique elle-même suspendue à une grue. Le dynamomètre est relié à un indicateur approuvé.

Conditions of Approval:

- (1) This approval covers 10 devices only. Each device sold, leased or otherwise disposed of, must be reported to the Head, Mass Laboratory, Legal Metrology Branch, Ottawa, by the manufacturer or distributor.
- (2) This approval to expire two years from date of issue.
- (3) No device shall be sold, leased or otherwise disposed of, for use in trade, without written disclosure to the purchaser, prior to the sale, that the device has received only temporary approval.
- (4) On expiry of this approval only models listed or described having the same nominal capacities and the same nominal physical dimensions and construction as an installation that has been inspected and verified by Weights and Measures, will be considered for full formal approval. After the date of expiry of this Temporary Approval if a model that has not been approved is to be installed, a new application must be submitted, with installation drawings, in order that the Temporary Approval may be reactivated and an inspection arranged.

Reference No.: G6922-M1027Acting Chief
Legal Metrology LaboratoriesConditions d'approbation: Suite

- (1) La présente approbation ne couvre que dix appareils. Le fabricant ou le distributeur doit faire part de tout appareil vendu, loué ou cédé de quelque autre façon, au Chef du laboratoire des masses, de la Direction de la Métrologie légale, à Ottawa.
- (2) Le présent avis expire deux ans après sa date d'émission.
- (3) Aucun appareil ne doit être vendu, loué ou aliéené de toute autre façon à des fins commerciales sans que l'acheteur n'ait d'abord été avisé par écrit que l'appareil n'a reçu qu'une approbation provisoire.
- (4) Dès expiration du présent avis, seuls les modèles dont les capacités et dimensions nominales ainsi que la construction sont identiques à celles d'une installation déjà inspectée et vérifiée par la Division des poids et mesures seront considérés pour approbation officielle entière. Après la date d'expiration de l'approbation provisoire, pour qu'un modèle non approuvé soit installé, une nouvelle demande devra être présentée avec les plans de l'installation afin que l'approbation provisoire puisse être de nouveau en vigueur et qu'une date d'inspection puisse être fixée.

No. de référence: G6922-M1027Chef intérimaire
Laboratoires de la Métrologie légale


W.R. Virtue



Consumer and
Corporate Affairs Canada
Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada
Métrologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION
S.WA-T227 Rev. 1

M1.2

MAY - 1 1985

NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL

Issued by statutory authority of
the Minister of Consumer and Corporate
Affairs under application by:

Masstron Scale Limited
1175 Appleby Line
Burlington, Ontario
L7L 5H9

for the following device type(s):

TYPE OF DEVICE /
TYPE D'APPAREIL:

Electronic Crane Scale / Bascule élec-
tronique pour grue.

MODEL DESIGNATION(s) /
DESIGNATION(S) DES MODÈLES:

MH 8405 M
MH 8420 M
MH 8430 M
MH 8440 M
MH 8450 M
MH 8460 M

AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE

Accordée en vertu du pouvoir sta-
tutaire du Ministre de Consommation et
Corporations à la demande de:

pour les types d'appareils suivants:

MANUFACTURER /
FABRICANT:

Masstron Scale Limited
Burlington, Ontario

RATING-CAPACITY-RANGE(S) /
CLASSEMENT-CAPACITE-ETENDUE(S):

5 000 lb
20 000 lb
30 000 lb
40 000 lb
50 000 lb
60 000 lb

or metric equivalent / ou l'équivalent
métrique.

NOTE: This approval applies only to
devices, the design, composition, con-
struction and performance of which are,
in every material respect, identical to
that described in the information
submitted and are typified by the
sample(s) submitted by the applicant
for evaluation for approval in accord-
ance with sections 14 and 15 of the
Weights and Measures Regulations. The
following is a summary of salient
features only.

REMARQUE: La présente approbation ne
vise que les appareils dont la concep-
tion, la composition, la construction
et le rendement sont identiques, en
tout point, à ceux qui sont décrits
dans la documentation reçue et pour
lesquels des échantillons repré-
sentatifs ont été fournis par le requérant
aux fins de d'évaluation, conformément
aux articles 14 et 15 du Règlement sur
les poids et mesures. Ce qui suit est
une brève description de leurs prin-
ciples caractéristiques.

SUMMARY DESCRIPTION:

These devices are electronic crane scales consisting of a double shear beam load cell which is suspended from a steel shackle and link. The load hook assembly is suspended from the ends of the load cell by means of a yoke. Compatible and approved weight indicators interfaced to the scale by means of a signal cable, provide the weight indication.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Il s'agit de bascules électroniques pour grue comportant une cellule de pesage double de cisaillement qui est suspendue à une manille et une tige d'assemblage. Le crochet de charge est suspendu aux extrémités de la cellule de pesage à l'aide d'un métier. Des indicateurs pondéraux compatibles et approuvés reliés à la bascule par un câble de signalisation assurent l'affichage du poids.

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein being under evaluation for approval in accordance with regulations and specifications relating thereto, established under the Weights and Measures Act, temporary approval for the period necessary to complete such evaluation is hereby granted pursuant to subsection 3(2) of the said Act. All devices installed for use in trade under authority of this temporary approval shall be modified as may be necessary to conform to all applicable regulations and specifications or shall be removed from service upon approval being granted or denied pursuant to subsection 3(1) of the said Act. These temporary approval terms shall be made known by the seller in writing to the purchaser prior to any sale of devices of the identified type(s).

The marking, installation, use and manner of use in trade of devices are subject to inspection in accordance with regulations and specifications relating thereto, established under the Weights and Measures Act, and certification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and certification of conformity should be addressed to the local inspection office of Consumer and Corporate Affairs Canada. Requirements relating to marking are set forth in sections 18 to 26 of the Weights and Measures Regulations. Requirements relating to installation, use and manner of use are set forth in Part V and in specifications established pursuant to section 27 of the said Regulations.

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement des types d'appareils identifiés ci-dessus faisant présentement l'objet d'une évaluation aux fins d'approbation conformément aux Règlements et aux prescriptions établis en vertu de la Loi sur les poids et mesures, une approbation temporaire est accordée par les présentes, pour la durée de ladite évaluation, en application du paragraphe 3(2) de ladite loi. Tous les appareils installés en vertu de la présente approbation temporaire devront être modifiés comme il se doit afin de satisfaire à toutes les exigences pertinentes du Règlement et des prescriptions relatives ou devront être retirés de service si une approbation est accordée ou refusée en application du paragraphe 3(1) de ladite loi. Avant de vendre tout appareil des types identifiés, le vendeur doit informer l'acheteur, par écrit, des conditions de la présente approbation temporaire.

Le marquage, l'installation, l'utilisation et le mode d'emploi des appareils sont soumis à l'inspection conformément aux Règlements et aux prescriptions établis en vertu de la Loi sur les poids et mesures, et doivent être certifiés conformes en sus d'être approuvés par les présentes. Toute demande de renseignements sur l'inspection et la certification de conformité doit être adressée au bureau d'inspection local de Consommation et Corporations Canada. Les exigences de marquage sont définies dans les articles allant de 18 à 26 du Règlement sur les poids et mesures. Les exigences relatives à l'installation, à l'utilisation et au mode d'emploi sont définies dans la partie V et dans les prescriptions établies en vertu de l'article 27 dudit règlement.

Compliance with the following additional requirements is a condition of this temporary approval.

The Head of the Mass Laboratory, Legal Metrology Branch, Department of Consumer and Corporate Affairs, at Ottawa shall be notified in writing prior to installation of each device sold, leased or otherwise disposed of for use in trade and the total number of devices installed shall not exceed 10.

Unless its extension is authorized in writing, by the undersigned, this temporary approval shall expire two years from date of issue.

La présente approbation temporaire est accordée sous réserve de conformité aux exigences supplémentaires suivantes.

L'agent principal du Laboratoire des masses de la Direction de la Métrologie légale, Ministère de la Consommation et des Corporations, à Ottawa, doit être notifié, par écrit, à l'avance de l'installation de chaque appareil vendu, loué ou cédé de quelques autres façons pour utilisation dans le commerce, et le nombre total des installations ne doit pas dépasser 10.

A moins que l'extension soit autorisée, par écrit, par le soussigné, la présente approbation expire après deux ans de la date d'émission.

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de Métrologie légale

File Number/Numéro de dossier:
06922-M1027

MAY - 1 1985