



S.WA-T231  
Approval Listing Number

Ottawa, **SEP 2 1982**

**NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL**  
**Avis d'approbation temporaire**

Company: Metro Equipment Corporation  
1235 Reamwood Avenue  
Box 60037  
Sunnyvale, CA  
USA 94088

Société: Metro Equipment Corporation  
1235 Reamwood Avenue  
Box 60037  
Sunnyvale, Ca  
USA 94088

Manufacturer: Metro Equipment Corp.

Fabricant: Metro Equipment Corporation

Type of Device: Accu-weigh rail scale.

Appareil: Bascule sur rails  
**ACCU-WEIGH.**

<u>MODEL NUMBER</u> <u>No. de modèle</u>	<u>CAPACITY</u> <u>Capacité</u>	<u>RAILS/DIMENSIONS</u> <u>Dimensions des rails</u>	<u>LOAD CELL TYPE</u> <u>Type de dynamomètres</u>
RS-24	1000 lb or 500 kg	(a) 690 x 65 mm (b) 250 x 65 mm	Cantilever/dynamomètre de flexion

Approved Accessories: This device may be used with any approved compatible accessory.

Accessoires approuvés: Le présent appareil peut être utilisé de concert avec tout accessoire approuvé et compatible.

Description: This device is an Accu-weigh rail scale with one cantilever type load cell. The rails are of welded steel construction and are adjustable to fit existing rail systems. The weight indication is by means of any approved compatible electronic indicator.

Description: Il s'agit d'une bascule sur rail ACCU-WEIGH comportant un dynamomètre de flexion. Les rails sont constitués d'acier soudé et peuvent être réglés pour s'adapter aux ensembles de rails existants. L'affichage du poids est assuré par un indicateur électronique approuvé et compatible.

Conditions of Approval:

Conditions d'approbation:

(1) This approval covers 10 devices only. Each device sold must be reported to the Head Mass Laboratory, Legal Metrology Branch, by the manufacturer.

(1) Le présent avis ne vise que 10 appareils. Chaque appareil vendu doit être signalé au Chef intérimaire du Laboratoire des Masses, Direction de la Métrologie légale, par le fabricant.

(2) This approval to expire two years from date of issue.

(2) Le présent avis expire deux ans après sa date de parution.


Conditions of Approval: Continued

(3) No device shall be sold, leased or otherwise disposed of, for use in trade, without written disclosure to the purchaser, prior to the sale, that the device has received only temporary approval.

(4) On expiry of this approval only models listed or described having the same nominal capacities and the same nominal physical dimensions and construction as an installation that has been inspected and verified by Weights and Measures, will be considered for full formal approval. After the date of expiry of this Temporary Approval if a model that has not been approved is to be installed, a new application must be submitted, with installation drawings, in order that the Temporary Approval may be reactivated and an inspection arranged.

Reference No.: G6922-M506

Acting Chief  
Legal Metrology Laboratories

  
D. McEvoy

Conditions d'approbation: Suite

(3) Aucun appareil ne doit être vendu, loué ou aliéné de toute autre façon à des fins commerciales sans que l'acheteur n'ait d'abord été avisé par écrit que l'appareil n'a reçu qu'une approbation provisoire.

(4) Dès expiration du présent avis, seuls les modèles dont les capacités et dimensions nominales ainsi que la construction sont identiques à celles d'une installation déjà inspectée et vérifiée par la Division des poids et mesures seront considérés pour approbation officielle entière. Après la date d'expiration de l'approbation provisoire, pour qu'un modèle non approuvé soit installé, une nouvelle demande devra être présentée avec les plans de l'installation afin que l'approbation provisoire puisse être de nouveau en vigueur et qu'une date d'inspection puisse être fixée.

No. de référence: G6922-M506

Chef intérimaire  
Laboratoires de la Métrologie légale