



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-T263 Rev. 1

NOV 24 1983

NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL

AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE

This Notice of Temporary Approval
supersedes Notice of Temporary Approval
S.WA-T163 dated July 6, 1983.

Company: Western Scale Company Ltd.,
1670 Kingsway Avenue,
Port Coquitlam, B.C.
V3C 3Y9

Manufacturer: Western Scale Co. Ltd.,
Port Coquitlam, B.C.

Type of Device: Electronic hopper or
tank scale when interfaced to an approved
and compatible digital weight indicator
becomes a weighing system.

Model Number: HSTLC-3-Capacity

Capacity: Maximum 50,000 lbs. or metric
equivalent.

Model Number Coding:

Example: HSTLC-3-500 where
HS - Hopper/tank scale

T - Tension

LC - Load Cell

3 - Number of load cells

500 - Capacity lbs.

Accessories: Compatible accessories that
meet the requirements and perform in
accordance with the Weights and Measures
Act, Regulations and Specifications may
be used.

Le présent avis d'approbation temporaire
remplace l'avis d'approbation temporaire
S.WA-T263 en date du 6 juillet 1983.

Société: Western Scale Company Ltd.,
1670 Kingsway Avenue
Port Coquitlam, B.C.
V3C 3Y9

Fabricant: Western Scale Company Ltd.,
Port Coquitlam, B.C.

Appareil: Trémie ou cuve de pesage
électronique qui, lorsqu'elle est reliée
à un indicateur pondéral numérique
approuvé et compatible, forme un
ensemble de pesage.

Nº de modèle: HSTLC-3

Capacité: 50 000 livres ou l'équivalent
métrique.

Code:

Exemple: HSTCL-3-500 où
HS signifie qu'il s'agit d'une trémie ou
d'une cuve de pesage
T signifie qu'il s'agit d'un montage en
traction
LC signifie que l'ensemble comporte des
cellules de pesage
3 indique le nombre de cellules de
pesage
500 indique la capacité en lb.

Accessoires: Peuvent être utilisés tous
les accessoires compatibles qui
satisfont aux exigences de la Loi, du
Règlement et des prescription ministé-
rielles régissant les poids et mesures.

- 2 -

Description: This device is a fully electronic hopper or tank scale utilizing three tension mount load cells which can be mounted either above or below the tank or hopper. Load cells mounted above will be supported by an overhead frame or beams. The load cells mounted below will be mounted in a floor stand.

Conditions of Approval:

- (1) This approval covers 10 devices only. Each device sold, leased or otherwise disposed of, must be reported to the Chief, Mass Laboratory, Legal Metrology Branch, in Ottawa, by the Manufacturer or distributor.
- (2) No device shall be sold, leased or otherwise disposed of, for use in trade, without written disclosure to the purchaser, prior to the sale, that the device has received only temporary approval.
- (3) This approval to expire July 6, 1985.

Description: Il s'agit d'une trémie ou d'une cuve de pesage, entièrement électronique, comprenant trois cellules de pesage montées en traction qui peuvent être installées soit au-dessus, soit en-dessous de la cuve ou de la trémie. Lorsqu'elles sont installées au-dessus de l'élément de pesage, les cellules sont suspendues à une structure aérienne ou à des poutres. Lorsqu'elles sont installées en-dessous de l'élément de pesage, elles sont placées dans un montage au sol.

Conditions d'approbation:

- (1) La présente approbation ne vise que 10 appareils. Tout appareil vendu, loué ou aliéné de toute autre façon doit être signalé au chef du Laboratoire des masses, Direction de la Métrologie légale, Ottawa, par le fabricant ou distributeur.
- (2) Aucun appareil ne doit être vendu, loué ou aliéné de toute autre façon à des fins commerciales sans que l'acheteur n'ait d'abord été avisé par écrit que l'appareil n'a reçu qu'une approbation provisoire.
- (3) Le présent avis expire le 6 juillet 1985.

- 3 -

Conditions of Approval: Continued

(4) On expiry of this approval only models listed or described having the same nominal capacities and the same nominal physical dimensions and construction as an installation that has been inspected and verified by Weights and Measures, will be considered for full formal approval. After the date of expiry of this Temporary Approval if a model that has not been approved is to be installed, a new application must be submitted, with installation drawings, in order that the Temporary Approval may be reactivated and an inspection arranged.

Reference No.: G6922-W172-11Conditions d'approbation: Suite

(4) Dès expiration du présent avis, seuls les modèles dont les capacités et dimensions nominales ainsi que la construction sont identiques à celles d'une installation déjà inspectée et vérifiée par la Division des poids et mesures seront considérés pour approbation officielle entière. Après la date d'expiration de l'approbation provisoire pour qu'un modèle non approuvé soit installé, une nouvelle demande devra être présentée avec les plans de l'installation afin que l'approbation provisoire puisse être de nouveau en vigueur et qu'une date d'inspection puisse être fixée.

N° de référence: G6922-W172-11


W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

NOV 24 1983