



Consumer and
Corporate Affairs Canada
Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada
Métrieologie légale

APPROVAL NO. - N° D'APPROBATION
S.WA-T278 Rev. 1

AUG 8 1985

NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL

Issued by statutory authority of
the Minister of Consumer and Corporate
Affairs under application by:

Western Scale Co. Inc.
1670 Kingway Avenue
PORT COQUITLAM, B.C.
V3C 3Y9

for the following devices:

DEVICE TYPE / TYPE D'APPAREIL:

Electronic hopper or tank scale that
when interfaced to an approved and
compatible digital weight indicator
becomes a weighing system./
Trémie ou cuve de pesage électronique
qui, une fois reliée à un indicateur de
poids numérique, approuvé et
compatible, forme une chaîne de pesage.

MODEL DESIGNATIONS / DÉSIGNATIONS DES MODÈLES:

Series/série WSHS

NOTE:

This approval applies only to
devices, the design, composition, con-
struction and performance of which are,
in every material respect, identical to
that described in the information
submitted and are typified by the
sample(s) submitted by the applicant
for evaluation for approval in
accordance with sections 14 and 15 of
the Weights and Measures Regulations.
The following is a summary of salient
features only.

AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE

Accordée en vertu du pouvoir sta-
tutaire du Ministre de Consommation et
Corporations à la demande de:

pour les appareils suivants:

MANUFACTURER / FABRICANT:

Western Scale Co. Inc
PORT COQUITLAM, B.C.

RATING-CAPACITY-RANGE(S) / CLASSEMENT-CAPACITÉ-ÉTENDUE(S):

10 to/à 100 tonnes/tonnes

REMARQUE:

La présente approbation ne vise
que les appareils dont la conception,
la composition, la construction et le
rendement sont identiques, en tout
point, à ceux qui sont décrits dans la
documentation reçue et pour lesquels
des échantillons représentatifs ont
été fournis par le requérant aux fins
d'évaluation, conformément aux articles
14 et 15 du Règlement sur les poids et
mesures. Ce qui suit est une brève
description de leurs principales
caractéristiques.

SUMMARY DESCRIPTION:

This device can be either an electronic tank or hopper scale supported by three or four crosslink assemblies with double ended shear type load cells.

The base plate is bolted to the support structure and the chairs to the hopper or tank.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Cet appareil peut être une cuve ou une trémie de pesage électronique, soutenue au moyen de trois ou quatre dispositifs de liaison en croix et comportant des cellules de pesage à double extrémité travaillant en cisaillement.

La plaque d'appui est boulonnée au bâti et le coussinet, à la trémie ou à la cuve.

MODEL NUMBERS N° de modèles	CAPACITY* Capacité*	No. OF CELLS N° de cellules	CAP.OF LOAD CELLS Cap.des dynamomètres
WSHS-410	10 tonnes/tonnes	4	10 000 lbs
WSHS-325	25 tonnes/tonnes	3	25 000 lbs
WSHS-325	25 tonnes/tonnes	3	50 000 lbs
WSHS-350	50 tonnes/tonnes	3	50 000 lbs
WSHS-450	50 tonnes/tonnes	4	50 000 lbs
WSHS-360	60 tonnes/tonnes	3	50 000 lbs
WSHS-460	60 tonnes/tonnes	4	50 000 lbs
WSHS-475	75 tonnes/tonnes	4	50 000 lbs
WSHS-375	75 tonnes/tonnes	3	100 000 lbs
WSHS-4100	100 tonnes/tonnes	4	100 000 lbs

* or avoirdupois equivalent.

* ou l'équivalent avoirdupois.

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein being under evaluation for approval in accordance with regulations and specifications relating thereto, established under the Weights and Measures Act, temporary approval for the period necessary to complete such evaluation is hereby granted pursuant to subsection 3(2) of the said Act. All devices installed for use in trade under authority of this temporary approval shall be modified as may be necessary to conform to all applicable regulations and specifications or shall be removed from service upon approval being granted or denied pursuant to subsection 3(1) of the said Act. These temporary approval terms shall be made known by the seller in writing to the purchaser prior to any sale of devices of the identified type(s).

The marking, installation, use and manner of use in trade of devices are subject to inspection in accordance with regulations and specifications relating thereto, established under the Weights and Measures Act, and certification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and certification of conformity should be addressed to the local inspection office of Consumer and Corporate Affairs Canada. Requirements relating to marking are set forth in sections 18 to 26 of the Weights and Measures Regulations. Requirements relating to installation, use and manner of use are set forth in Part V and in specifications established pursuant to section 27 of the said Regulations.

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement des types d'appareils identifiés ci-dessus faisant présentement l'objet d'une évaluation aux fins d'approbation conformément au Règlement et aux prescriptions établis en vertu de la Loi sur les poids et mesures, une approbation temporaire est accordée par les présentes, pour la durée de ladite évaluation, en application du paragraphe 3(2) de ladite loi. Tous les appareils installées en vertu de la présente approbation temporaire devront être modifiés comme il se doit afin de satisfaire à toutes les exigences pertinentes du Règlement et des prescriptions relatives ou devront être retirés de service si une approbation est accordée ou refusée en application du paragraphe 3(1) de ladite loi. Avant de vendre tout appareil des types identifiés, le vendeur doit informer l'acheteur, par écrit, des conditions de la présente approbation temporaire.

Le marquage, l'installation, l'utilisation et le mode d'emploi des appareils sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis en vertu de la Loi sur les poids et mesures, et doivent être certifiés conformes en sus d'être approuvés par les présentes. Toute demande de renseignements sur l'inspection et la certification de conformité doit être adressée au bureau d'inspection local de Consommation et Corporations Canada. Les exigences de marquage sont définies dans les articles allant de 18 à 26 du Règlement sur les poids et mesures. Les exigences relatives à l'installation, à l'utilisation et au mode d'emploi sont définies dans la partie V et dans les prescriptions établies en vertu de l'article 27 dudit règlement.

Compliance with the following additional requirements is a condition of this temporary approval.

The Head of the Mass Laboratory, Legal Metrology Branch, Department of Consumer and Corporate Affairs, at Ottawa shall be notified in writing prior to installation of each device sold, leased or otherwise disposed of for use in trade and the total number of devices installed shall not exceed 10.

Unless its extension is authorized in writing, by the undersigned, this temporary approval shall expire two years from date of issue.

La présente approbation temporaire est accordée sous réserve de conformité aux exigences supplémentaires suivantes.

L'agent principal du Laboratoire des masses de la Direction de la Métrologie légale, Ministère de la Consommation et des Corporations, à Ottawa, doit être notifié, par écrit, à l'avance de l'installation de chaque appareil vendu, loué ou cédé de quelques autres façons pour utilisation dans le commerce, et le nombre total des installations ne doit pas dépasser 10.

A moins que la prolongation soit autorisée, par écrit, par le soussigné, la présente approbation expire après deux ans de la date d'émission.

Chief *J* Chef
Legal Metrology Laboratories AUS 8 1985 Laboratoires de Métrologie légale

File Number/Numéro de dossier:
06922-W172-11