



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Legal Metrology

Méetrologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-T289

FEB 9 1984

NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL

AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE

Company: Pacific Industrial Scale Co.
Limited
12560 Vickers Way
Vancouver, B.C.
V6X 1Z1

Société: Pacific Industrial Scale Co.
Limited
12560 Vickers Way
Vancouver, B.C.
V6X 1Z1

Manufacturer: Pacific Industrial Scale
Co. Limited
Vancouver, B.C.

Fabricant: Pacific Industrial Scale Co.
Limited
Vancouver, B.C.

Type of Device: Pitless full electronic
low profile cattle scale.

Appareil: Bascule basse électronique
sans fosse pour bestiaux.

Model Number: PCS-3533-20

N° de modèle: PCS-3533-20

Maximum Capacity: 20 tons or metric
equivalent.

Capacité maximale: 20 tonnes ou
l'équivalent métrique.

Load Cells Capacity: 20 000 lb

Capacité des cellules de pesage:
20 000 lb.

Accessories: Compatible accessories that
meet the requirements and perform in
accordance with the Weights and Measures
Act, Regulations and Specifications may
be used.

Accessoires: Peuvent être utilisés les
accessoires compatibles qui satisfont
aux exigences de la Loi, du Règlement et
des prescriptions ministérielles
régissant les poids et mesures.

Description: Pitless full electronic low
profile cattle scale. This device is
supported by seven (7) shear beam load
cells. (See drawing)

Description: Bascule basse électronique
sans fosse pour bestiaux. Cet appareil
repose sur sept (7) cellules de pesage.
(Voir dessin)

Conditions of Approval:

Conditions d'approbation:


(1) This approval covers 1 device only,
installed at:
Midway Livestock Auction
Abbotsford, B.C.

(1) La présente approbation ne couvre
qu'un appareil installé à:
Midway Livestock Auction
Abbotsford, B.C.

(2) No device shall be sold, leased or
otherwise disposed of, for use in trade,
without written disclosure to the
purchaser, prior to the sale, that the
device has received only temporary
approval.

(2) Aucun appareil ne doit être vendu,
loué ou aliéné de toute autre façon à
des fins commerciales sans que
l'acheteur n'ait d'abord été avisé par
écrit que l'appareil n'a reçu qu'une
approbation provisoire.

⊠ Load Cell / cellule de pesage



TOP VIEW
VUE DU HAUT

Conditions of Approval: Continued

(3) This approval to expire two years from date of issue.

(4) On expiry of this approval only models listed or described having the same nominal capacities and the same nominal physical dimensions and construction as an installation that has been inspected and verified by Weights and Measures, will be considered for full formal approval. After the date of expiry of this Temporary Approval if a model that has not been approved is to be installed, a new application must be submitted, with installation drawings, in order that the Temporary Approval may be reactivated and an inspection arranged.

Reference No.: G6922-P439-14

Conditions d'approbation: Suite

(3) Le présent avis expire deux ans après sa date d'émission.

(4) Dès expiration du présent avis, seuls les modèles dont les capacités et dimensions nominales ainsi que la construction sont identiques à celles d'une installation déjà inspectée et vérifiée par la Division des poids et mesures seront considérés pour approbation officielle entière. Après la date d'expiration de l'approbation provisoire pour qu'un modèle non approuvé soit installé, une nouvelle demande devra être présentée avec les plans de l'installation afin que l'approbation provisoire puisse être de nouveau en vigueur et qu'une date d'inspection puisse être fixée.

N° de référence: G6922-P439-14



W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

FEB
FEV

9 1984