



Consumer and  
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation  
et Corporations Canada

Métrieologie légale

APPROVAL No. · N° D'APPROBATION

S.WA-T291

JAN 23 1984

**NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL**

**AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE**

Company: Toledo Scale  
Division of Reliance Electric  
Limited  
5220 Creekbank Road  
Mississauga, Ontario

Société: Toledo Scale  
Division of Reliance Electric  
Limited  
5220 Creekbank Road  
Mississauga, Ontario

Type of Device: Self-contained  
electronic floor scales, with weight  
sensing by means of cantilever type load  
cells supporting the weighbridge, and  
readout by means of an approved digital  
indicator.

Appareil: Bascule de sol électronique  
autonome dans laquelle à la fois élément  
détecteurs de charge et éléments de  
soutien de châssis récepteur.  
L'affichage est réalisé au moyen d'un  
indicateur numérique approuvé.

Model Number: 2295/xxxx. The latter  
portion of the model number serves to  
identify the indicator model.

Numéro de modèle: 2295/xxxx. La  
dernière tranche du numéro de modèle  
désigne le modèle de l'indicateur.

Platform Size: 6' x 12'; 7' x 15'

Dimensions du tablier: 6' x 12'; 7' x  
15'

Maximum Rating: 40,000 lb or 20,000 kg.

Portée maximale: 40 000 lb ou 20 000 kg

Conditions of Approval:

Conditions d'approbation:

(1) This approval covers 10 devices  
only. Each device sold, leased or  
otherwise disposed of, must be reported  
to the Head, Mass Laboratory, Legal  
Metrology Branch, in Ottawa, by the  
Manufacturer or distributor.

(1) La présente approbation ne couvre  
que 10 appareils. Chaque appareil  
vendu, loué ou cédé de quelque autre  
façon, doit être signalé au chef du  
laboratoire des masses, de la Direction  
de la Métrieologie légale, à Ottawa par le  
fabricant ou distributeur.

(2) No device shall be sold, leased or  
otherwise disposed of, for use in trade,  
without written disclosure to the  
purchaser, prior to the sale, that the  
device has received only temporary  
approval.

(2) Aucun appareil ne doit être vendu,  
loué ou aliéné de toute autre façon à  
des fins commerciales sans que  
l'acheteur n'ait d'abord été avisé par  
écrit que l'appareil n'a reçu qu'une  
approbation provisoire.

(3) This approval to expire two years  
from date of issue.

(3) Le présent avis expire deux ans  
après sa date d'émission.

.../2

Canada

CCA-2067 (4-82)

Conditions of Approval: Continued

(4) On expiry of this approval only models listed or described having the same nominal capacities and the same nominal physical dimensions and construction as an installation that has been inspected and verified by Weights and Measures, will be considered for full formal approval. After the date of expiry of this Temporary Approval if a model that has not been approved is to be installed, a new application must be submitted, with installation drawings, in order that the Temporary Approval may be reactivated and an inspection arranged.

Reference No.: G6922-T170-10

Conditions d'approbation: Suite

(4) Dès expiration du présent avis, seuls les modèles dont les capacités et dimensions nominales ainsi que la construction sont identiques à celles d'une installation déjà inspectée et vérifiée par la Division des poids et mesures seront considérés pour approbation officielle entière. Après la date d'expiration de l'approbation provisoire pour qu'un modèle non approuvé soit installé, une nouvelle demande devra être présentée avec les plans de l'installation afin que l'approbation provisoire puisse être de nouveau en vigueur et qu'une date d'inspection puisse être fixée.

N° de référence: G6922-T170-10

  
W.R. Virtue

Chief  
Legal Metrology Laboratories

Chef  
Laboratoires de la Métrologie légale

JAN 23 1984