



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-T357 Add. 1

NOV 20 1985

NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL

AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE

ADDENDUM

This is an addendum to a Notice of
Temporary Approval issued to:

Le présent supplément complète l'avis
d'approbation temporaire émis au nom
de:

Balance Canadienne Bourbeau & Frères Inc.
5460 Vanden Abeele
Ville St.-Laurent, Quebec
H4S 1P9

ADD to Summary Description:

Double ended center loaded shear
beam load cells with a capacity of
75 000 lbs each may be used. All load
cells in any one scale shall have
identical electrical characteristics,
mechanical design and capacity.

AJOUTER à la Description Sommaire:

Des cellules de pesage de
cisaillage à double extrémité, à
charge central, d'une capacité de
75 000 lb chacune peuvent être
utilisées. Toutes cellules de pesage
dans une balance donnée doit être de
caractéristiques électroniques, de
conception mécanique et de capacités
identiques.

W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

FILE NUMBER / N° de dossier:
06922-B1229