



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Legal Metrology

Métrieologie légale

APPROVAL No. — N° D'APPROBATION

S.WA-T477 Add. 1

**AUG
AOUT 27 1987**

NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL

AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE

ADDENDUM

This is an addendum to a Notice of
Temporary Approval issued to:

Le présent supplément est un ajout à
l'avis d'approbation temporaire émis au
nom de:

Toledo Scale, Division of Reliance Electric Ltd.
5220 Creekbank Road
Mississauga, Ontario
L4W 1X1

ADD under "Rating-Capacity-Range(s)" -
12 000 lb x 2 lb

AJOUTER sous "Classement-Capacité-
étendue(s)" -
12 000 lb x 2 lb

ADD under "Summary Description" -

AJOUTER sous "Description Sommaire" -

The load cells may also be fitted with
ball and cup assemblies, which require
bumper bolts to limit the horizontal
movement of the weighbridge.

Les cellules de pesage peuvent être
munies d'ensembles à cuvette et à
rotule nécessitant des boulons de butée
pour restreindre le mouvement
horizontal du châssis récepteur.

R. Cholet for R. Virtue
W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrieologie légale

FILE/Dossier: 06922-T170-10
PROJECT/Projet: AP-ML-87-0058