

Formule d'avis d'approbation
en français

Formule
avis
d'approbation
en anglais

FORMULE D'ENREGISTREMENT DE L'APPROBATION

Numéro d'enregistrement d'approbation- S.WA-1056

(Délivré avant la rédaction du projet d'enregistrement d'approbation, seulement dans les cas d'approbation temporaire)

Demandeur (nom de la société)- Canadian Scale Company Limited
305 Horner Avenue, Toronto, Ont. M8W 1Z4


Type d'instrument - Indicateurs numériques de marque Canadian
Scale CSDI-100 et CSMP-100

<u>No. de modèle</u>	<u>Charge ou capacité</u>	<u>Remarque</u>
CSDI-100	Capacité approuvée du tablier comportant les caractéristiques suivantes: 1. introduction de la tare par clavier. 2. introduction de l'identification par clavier 3. détecteur de mouvement 4. repérage du zéro 5. sortie d'imprimante 6. calculateur net/brut 7 conversion métrique.	
CSMP-100	Capacité approuvée du tablier comptant les caractéristiques suivantes: 1. introduction de la tare par clavier 2. introduction de l'identification par clavier 3. détecteur de mouvement 4. repérage du zéro 5. sortie d'imprimante 6. calculateur net/brut 7. conversion métrique 8. mémoire	

(voir à la page 2)

Date de la demande d'approbation -

No. de dossier -
..... 3 mars 1978
(date de la demande)


.....
Chef, Poids et Mesures

REMARQUE: Classifier la formule d'enregistrement de l'approbation avec les avis d'enregistrement d'approbation lorsque le numéro d'enregistrement est délivré avant la rédaction de l'avis; classer d'après le numéro du fichier central dans les cas où le numéro d'enregistrement n'est pas attribué. Enlever la formule d'enregistrement du livre d'enregistrement d'approbation lorsque la société est avisée d'un rejet ou lorsque l'avis spécial d'enregistrement d'approbation ou son projet est classé avec les avis; remplacer les projets d'avis d'enregistrement d'approbation avec les avis imprimés, lorsqu'il y a lieu.

Utilisation: Les indicateurs numériques "Canadian Scale", modèles CSDI-100 et CSMP-100 équipés d'un ou plusieurs extensomètres électroniques de type agréé, peuvent être utilisés avec des tabliers d'un type agréé.

Accessoires: Le téléindicateur et l'imprimante doivent satisfaire à toutes les exigences et fonctionner en conformité avec la Loi et le Règlement sur les poids et mesures.