



FORMULE D'ENREGISTREMENT DE L'APPROBATION

Numéro d'enregistrement d'approbation-

S.WA-1131

(Délivré avant la rédaction du projet d'enregistrement d'approbation,
seulement dans les cas d'approbation temporaire)

Ottawa, le 11 avril 1979

Demandeur (nom de la société) -


Western Scale Co. Inc.
3990 Hicock St.
San Diego, California CA92110

Type d'instrument -

et Maple Leaf Scale Co. Ltd.
1603 Venables St., Vancouver, B.C. V5L 2H1

1. Fabricant: Western Scale Co., California
2. Type de balance: Indicateur électronique numérique comportant une entrée extensométrique extérieur et une tare numérique.
3. Utilisation de la balance: Industrielle:
4. Capacité et affichage: 10 000 x 1.0 lb
Rapport de 1:20
5. N° de modèle: W SET
6. Eléments facultatifs du dispositif: Tranches de 1, 2, 5, 10, 20 ou 50
Tare numérique ou à bouton-poussoir.
7. Composantes: Cet appareil comporte un dispositif d'affichage Sperry à 6 chiffres enfermé dans un compteur autonome. Une plaquette à circuit imprimé simple contient tous les dispositifs de commande et de réglage.

No. du dossier - G6922-W373


John Armstrong
Chef, Poids et mesures
Direction de la Métrologie
légale.

