



FORMULE D'ENREGISTREMENT DE L'APPROBATION

Numéro d'enregistrement d'approbation-

S.WA-1132

(Délivré avant la rédaction du projet d'enregistrement d'approbation,
seulement dans les cas d'approbation temporaire)


Ottawa, le 11 avril 1979

Demandeur (nom de la société) - Pitney Bowes of Canada Ltd.
2740 Queensview Drive
Ottawa (Ontario) K2A 1T4

Type d'instrument -

1. Fabriqué par: Pitney Bowes Inc.
Stamford, Conn. U.S.A.
2. Type de balance: Balance postale électronique automatique
3. Utilisation: Poste/courrier
4. Capacité et tranches de lecture:
 - a) 70 lb x 0.5 oz
 - b) 30 kg x 5 g
5. N^{os} de modèles:
 - a) 5035
 - b) 5036

No. du dossier - G6922-P272-20


pour John Armstrong
Chef, Poids et mesures
Direction de la Métrologie
légale.

REMARQUE: Classifier la formule d'enregistrement de l'approbation avec les avis d'enregistrement d'approbation lorsque le numéro d'enregistrement est délivré avant la rédaction de l'avis; classer d'après le numéro du fichier central dans les cas où le numéro d'enregistrement n'est pas attribué. Enlever la formule d'enregistrement du livre d'enregistrement d'approbation lorsque la société est avisée d'un rejet ou lorsque l'avis spécial d'enregistrement d'approbation ou son projet est classé avec les avis; remplacer les projets d'avis d'enregistrement d'approbation avec les avis imprimés, lorsqu'il y a lieu.

6. Options: Disponible en unités métrique

7. Caractéristiques de fonctionnement de l'appareil:

L'appareil est équipé de dispositifs permettant l'affichage numérique du poids, du code des tarifs, du prix et des entrées du clavier. Il peut être programmé pour classer les articles selon les catégories de poids établies par le code de tarification des Postes. L'appareil peut également exercer un contrôle sur des installations périphériques, c'est-à-dire les compteurs postaux, les imprimantes etc. grâce à un microprocesseur.

