



DEC 7 1982

NOTICE OF APPROVAL – AVIS D'APPROBATION

THIS SUPERSEDES S.WA-1150 Add. 1 DATED
July 22, 1982.

LE PRESENT AVIS REMPLACE S.WA-1150 Add.
1 EN DATE DU 22 juillet 1982.

This addendum is to be read in
conjunction with S.WA-1150 Rev. 1

Le présent supplément doit être lu de
concert avec l'avis S.WA-1150,
révision 1.

Company: Toledo Scale
Division of Reliance Electric
5220 Creekbank Road
Mississauga, Ontario
L4W 1X1

Société: Toledo Scale
Division of Reliance Electric
5220 Creekbank Road
Mississauga, Ontario
L4W 1X1

Type of Device: Electronic scales that
may be used as computing scales or as a
checkstand scale.

Appareil: Balances électroniques
pouvant servir de balances calculatrices
ou de balances de comptoir de vente.

MODEL NUMBER
No. de modèle

CAPACITY
Capacité
(All models/Tout
modèles

LOAD CELL
Dynamomètre

8404
8406
8408

30 lb x .01 lb.
15 kg x .005 kg
15 lb x .005 lb.
6 kg x .002 kg.

Toledo Part No.
A10518800A/référence
Toledo A10518800A

The following is a list of ECRs that are
approved for use with these scales:

Voici la liste des caisses enregistreuses
électroniques pouvant être utilisées avec
les présentes balances:

National Semiconductor	T2000
National Semiconductor	MT2000
National Semiconductor	T2500
National Semiconductor	T2600
National Semiconductor	T3000
National Semiconductor	MT3000
Sweda	425
IBM	série 3663 series
IBM	série 3683 series
NCR	C255
NCR	2552
NCR	2125
NCR	2135
NCR	2140

Special Conditions:

- (1) The weight display must be easily visible to both operator and customer from the normal position of "trading". In no instance should the weight display be greater than 45° from the customer's normal line of sight and the weight display must be locked in position.
- (2) When installed the remote digital indicator unit must not be located more than 2 metres from the weighing unit.
- (3) Associated with the National Semi-Conductor Corp. models T2500, T2600, T2000 and T3000, there are 16 installations utilizing C1000 controllers which will not have the "free floating" facility added until the time of metric conversion. The appropriate District Manager will be advised of these installations.
- (4) The IBM model 3663 and 3683 series allows a weight to be manually entered through a keying sequence, regardless of what weight is on the scale, whenever a weight is manually entered by a keyboard sequence the phrase "MANUAL WT" will be printed next to it.
- (5) The Sweda model 425 does not have a weight signal that is free floating until entry for computation. This model will be retrofitted with a new ROM on/or before August 31, 1980 to comply with the requirement of a free floating weight signal for all model 425's installed after December 31, 1978. All model 425's installed on/or before December 31, 1978 will not be required to have this retrofit carried out.

Conditions particulières:


- (1) Le dispositif d'affichage du poids doit être facilement visible par le préposé et le client, dans la position normale. Le dispositif ne doit en aucun cas être situé à un angle de plus de 45° par rapport à la ligne de vision normale du client et il doit être fixé dans cette position.
- (2) Le téléindicateur à affichage numérique ne doit pas être installé à plus de 2 mètres de la balance.
- (3) Seize installations de modèles T2500, T2600, T2000 et T3000 de la National Semi-Conductor Corp. utilisant des contrôleurs C1000 ne seront modifiées de façon à émettre un signal mobile qu'au moment où elles seront converties au système métrique. Des précisions relatives à ces installations seront données aux gérants de district intéressés.
- (4) Les modèles IBM de la série 3663 et 3683 permettent, suite à une série d'opérations au clavier, d'introduire manuellement un poids, sans tenir compte du poids se trouvant sur la balance. Chaque fois qu'un poids est introduit manuellement, le poids affiché et les mots "POIDS MANUEL" sont juxtaposés.
- (5) Le modèle 425 Sweda ne comporte pas d'indicateur du poids qui demeure mobile jusqu'au moment du calcul. Il faut modifier ce modèle en lui ajoutant une nouvelle mémoire morte de façon qu'il puisse, au plus tard le 31 août 1980, satisfaire aux exigences qui stipulent l'utilisation d'un indicateur de poids mobile pour tous les modèles 425 installés après le 31 décembre 1978. Tous les modèles installés avant ou à cette date ne sont pas tenus de faire l'objet de cette modification.

Condition of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Reference No.: G6922-T170-23

Condition d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'application C.R.C.c., 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

No. de référence: G6922-T170-23



W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

DEC 7 1982

