



Consumer and  
Corporate Affairs Canada  
Legal Metrology

Consommation  
et Corporations Canada  
Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-3068 Rev. 4

APR - 6 1989

### NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Consumer and Corporate Affairs Canada for (category of device):

Electronic Platform Scale

### AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du Ministre de Consommation et Corporations Canada, pour (catégorie d'appareil):

Bascule de sol électronique

### APPLICANT / REQUÉRANT:

Toledo Scale Canada Ltd.  
5220 Creekbank Road  
Mississauga, Ontario  
L4W 1X1

### MANUFACTURER / FABRICANT:

Toledo Scale Canada Ltd.  
Mississauga, Ontario

### MODEL(S) / MODÈLE(S):

2295

### RATING / CLASSEMENT:

5000 lb to/à 50000 lb  
Or metric equivalent/Ou  
l'équivalent métrique

NOTE: This approval applies only to devices, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 14 and 15 of the Weights and Measures Regulations. The following is a summary of principal features only.

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les appareils dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du Règlement sur les poids et mesures. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

**SUMMARY DESCRIPTION:**

This device is an electronic low profile platform scale that when interfaced to an approved and compatible weight indicator becomes a weighing system.

Weight is sensed by four single ended shear beam load cells mounted on corner stands beneath the platform. The platform is fabricated from "I" beams and/or "C" channels and is topped with a steel plate. Horizontal movement is restricted by bumper bolts.

**DESCRIPTION SOMMAIRE:**

Cet appareil est une bascule électronique surbaissé qui une fois relié à un indicateur de poids approuvé et compatible devient un ensemble de pesage.

Le poids est capté par quatre cellules de pesage de cisaillement à simple extrémité installées sur des supports, dans chacun des coins, sous la plate-forme. La plate-forme est fabriquée de profilés en "I" et/ou en "C" et est recouverte d'une plaque de métal. Le déplacement horizontal est restreint par des boulons de butée.

**SCALE CAPACITY**  
Capacité de la bascule

UP TO/Jusqu'à	10000 lb
OVER/Plus que 10000 lb	TO/à 20000 lb
OVER/Plus que 20000 lb	TO/à 30000 lb
OVER/Plus que 30000 lb	TO/à 50000 lb

**LOAD CELL CAPACITY**  
Capacité des cellules de pesage


5000 lb
10000 lb
15000 lb
20000 lb

**PLATFORM SIZES (NOMINAL)**  
Dimensions du tablier (Nominale)

3' x 7'	4' x 5'	4' x 6'
4' x 9'	5' x 5'	5' x 6'
5' x 7'	5' x 8'	5' x 9'
5' x 10'	6' x 6'	6' x 8'
6' x 10'	6' x 12'	7' x 9'
7' x 10'	7' x 11'	8' x 8'
8' x 10'	8' x 12'	9' x 7'
10' x 10'		

Some devices herein listed were previously listed on Notice of Temporary Approvals S.WA-T291 and S.WA-T370.

Certain instruments énumérés dans le présent avis figuraient préalablement dans les avis d'approbation temporaire S.WA-T291 et S.WA-T370.

LOAD CELL MOUNTING / Montage des cellules de pesage

**APPROVAL:**

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 3(1) of the said Act.

The marking, installation, use and manner of use in trade of devices are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Requirements relating to marking are set forth in sections 18 to 26 of the Weights and Measures Regulations. Installation and use requirements are set forth in Part V and in specifications established pursuant to section 27 of the said Regulations. A verification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Consumer and Corporate Affairs Canada.

**APPROBATION:**

La conception, la composition, la construction et le rendement du (des) type(s) d'appareils identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis sous la Loi sur les poids et mesures, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 3(1) de ladite Loi.

Le marquage, l'installation et l'utilisation des appareils sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis sous la Loi sur les poids et mesures. Les exigences de marquage sont définies dans les articles 18 à 26 du Règlement sur les poids et mesures. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans la partie V et dans les prescriptions établies en vertu de l'article 27 dudit règlement. Une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Consommation et Corporations Canada.



W.R. Virtue

Chief,  
Legal Metrology Laboratories

APR - 6 1989

Date

Chef,  
Laboratoires de la Métrologie légale