



**NOTICE OF APPROVAL
AVIS D'APPROBATION**

S.WA-3072

1982/05/31
Ottawa,

THIS NOTICE OF APPROVAL SUPERSEDES RECORD
OF APPROVAL ACTION S.WA-T168 DATED
December 4, 1980.

LE PRESENT AVIS REMPLACE LA CIRCULAIRE
S.WA-T168 EMISE LE 4 décembre 1980.

Company: Canadian Scale Co. Ltd.,
305 Horner Avenue
Toronto, Ontario
M8N 1Z4

Société: Canadian Scale Co. Ltd.,
305 Horner Avenue
Toronto, Ontario
M8N 1Z4

Manufacturer: Canadian Scale Co. Ltd.

Fabricant: Canadian Scale Co. Ltd.

Type of Device: Uncoupled in-motion
railway scale.

Type d'appareil: Pont-bascule ferroviaire
à pesée en mouvement ("dételé").

<u>MODEL NUMBER</u> <u>No. de modèle</u>	<u>CAPACITY</u> <u>Capacité</u>	<u>LENGTH</u> <u>Longueur</u>	<u>LOAD CELL TYPE &</u> <u>MODEL NUMBER</u> <u>Type & No. de modèle</u> <u>des dynamomètres</u>
E-126 200RM	200 tonnes/tons Or metric equivalent Ou l'équivalent métrique	12' 6"	Revere CSPI-200K

Approved Accessories: This device may be
used with any approved compatible
printer.

Accessoire approuvé: Le présent appareil
peut être utilisé avec n'importe quelle
imprimante compatible approuvée.

Description: This device is a fully
electronic uncoupled in motion two-draft
rail scale. The weighbridge is supported
by four(4) Revere compression load cells
of 200K capacity each. Indication is by
means of a Canadian Scale CSDI-100-CR15M
digital readout with an attached
Centronics 781 printer.

Description: Il s'agit d'un pont-bascule
ferroviaire entièrement électronique à
double pesée en mouvement ("dételé"). Le
châssis récepteur repose sur quatre(4)
dynamomètres de compression Revere ayant
chacun une capacité de 200K. L'affichage
se fait au moyen d'un indicateur numérique
Canadian Scale, modèle CSDI-100-CR15M,
rélié à une imprimante Centronics 781.

- 2 -

Conditions of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations, C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Reference No.: G6922-C257

Condition d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'application C.R.C.c., 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement, et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

No. de référence: G6922-C257

W.R. Virtue

Acting Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef intérimaire
Laboratoires de la Métrologie légale