



Consumer and
Corporate Affairs

Consommation et
corporations

Legal Metrology/Métrieologie Léale

**NOTICE OF APPROVAL
AVIS D'APPROBATION**

S.WA-3078

Ottawa, 10 Mar. 1982

This Notice of Approval supersedes Record of Approval Action T-177 dated 14-01-81.

Le présent avis remplace l'avis T-177 en date du 14-01-81

Company: Weigtech Group
91 Esna Drive
Markham, Ontario

Société: Weigtech Group
91 Esna Drive
Markham, Ontario

Manufacturer: Weigtech Group

Fabricant: Weigtech Group

Type of Device: Overhead Track Scale.

Appareil: Pont-bascul ferroviaire aérien.

Model Number
No. de Modèle

Capacity
Capacité

Load Cell Type and Model Numbers
Type de Dynamomètre et no. de modèle

21-5280

1500 kg x 0.5 kg

BLH model/modèle U3G1-H

Approved Accessories: These scales may be used with approved compatible electronic indicators.

Accessoires Approuvés: Les bascules qui font l'objet du présent avis peuvent être utilisées avec des indicateurs électroniques compatibles et approuvés.

Description: This device is a specially designed overhead track scale incorporating two(2) high temperature tension load cells. The device is used for weighing hot ingots of metal and is fitted with heat deflectors attached to the load cells.

Description: Ce pont-bascul ferroviaire aérien de conception spéciale comporte deux (2) dynamomètres de traction à température élevée. L'appareil sert à peser des lingots de métal chaud et comporte des dynamomètres équipés de déflecteurs de chaleur.

Note: When not used for weighing hot ingots, the heat deflection shields on the load cells are not required.


Note: Quand l'appareil n'est pas utilisé pour peser des lingots de métal chaud, les déflecteurs de chaleur ne sont pas nécessaires.

Conditions of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Conditions d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'application C.R.C.c., 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

Reference No.: G6922-F156-17

Référence No.: G6922-F156-17



W.R. Virtue

Acting Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef intérimaire
Laboratoires de la métrologie
legale

MAY 21 1982