



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Legal Metrology

Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-3097 Add. 2

SEP 7 1988

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

ADDENDUM

This is an addendum to a Notice of
Approval issued to:

Le présent supplément est un ajout à
l'avis d'approbation émis au nom de:

Weigh-Tronic Inc.
1000 Armstrong Drive, P.O. Box 1000
Fairmont, Minnesota
USA 56031

ADD:

AJOUTER:

MODEL NUMBER
N° de modèle

SIZE
Dimensions

CAPACITY (lb)
Capacité (lb)

CAPACITY (kg)
Capacité (kg)

BS 2020
BS 2424

20" x 20"
24" x 24"

200 x 0.05 lb
100 x 0.02 lb

90.72 x 0.02 kg
45.36 x 0.01 kg

W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrieologie légale

FILE-PROJECT/Dossier-Projet: 06922-AP-ML-88-0106