



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION
S.WA-3105 Rev. 2

FEB
FEV 9 1984

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

This Notice of Approval supersedes S.WA-3105 revision 1 dated August 31, 1983. First Approved October 14, 1982.

Le présent avis d'approbation remplace l'avis S.WA-3105 revision 1 en date du 31 août 1983. Approbation initiale le 14 octobre 1982.

Company: National Controls Inc.,
2320 Airport Blvd.,
P.O. Box 1501
SANTA ROSA, California
USA 95402

Société: National Controls Inc.,
2320 Airport Blvd.,
P.O. Box 1501
SANTA ROSA, California
USA 95402

Manufacturer: National Controls Inc.
SANTA ROSA, California

Fabricant: National Controls Inc.,
SANTA ROSA, California

Type of Device: Electronic digital
computing counter scale.

Appareil: Balance de comptoir électro-
nique à affichage numérique.

MODEL NUMBER
No. de modèle

CAPACITY*
Capacité*

LOAD CELL
Dynamomètres

3200

15 x .005 kg.

MK - 12

*or avoirdupois equivalent

*ou l'équivalent avoirdupois.

NOTE: This approval also applies to the following companies who market the scale with minor cosmetic changes:

REMARQUE: Cet avis d'approbation s'applique aussi aux sociétés suivantes qui le fabriquent avec des changements mineurs:

Sweda
4560 Dixie Road
Mississauga, Ontario

Sweda
4560 Dixie Road
Mississauga, Ontario

NCR Canada Limited
6865 Century Avenue
Mississauga, Ontario
L5M 2E2


NCR Canada Limited
6865 Century Avenue
Mississauga, Ontario
L5M 2E2

Accessories: Compatible accessories that meet the requirements and perform in accordance with the Weights and Measures Act, Regulations and Specifications may be used.

Accessoires: Tout accessoires compatible et conforme aux exigences de construction et de rendement de la Loi, du règlement et des prescriptions ministérielles régissant les poids et mesures.

.../2

- 2 -



Description: This device is an electronic digital computing counter scale with displays for weight, unit price, total price and annunciators for zero, tare and pre-pack on both the operator and customers sides of the scale.

The following controls are positioned on the operators side of the scale:

- 1) 0-9 - keys for entering unit price or preset tare.

Description: Il s'agit d'une balance de comptoir électronique à affichage numérique comportant des dispositifs d'affichage du poids, du prix unitaire, du prix total ainsi que des voyants pour indiquer les modes de fonctionnement (remise à zéro, tare et pré-emballage) du côté du client et du côté de l'opérateur.

Les commandes suivantes sont installées sur la balance, du côté de l'opérateur:

- 1) des touches numérotées de 0 à 9 pour l'introduction du prix unitaire et de la tare prédéterminée.

- 3 -

Description: Continued

- 2) TARE - This key is used to enter platter tare or preset tare in conjunction with the numeric keys.
- 3) SAVE - Switches the system to the pre-pack mode.
- 4) CLR - Clears the displays.
- 5) ZERO - Zero is adjusted with the ON/OFF switch.
- 6) * - Recalls the total dollar value when the scale is at zero.

.) When interfaced to a printer with a PLU capability the following two keys are added:

(a) PLU - pressed after entering a PLU number, the price per unit and tare are looked up in the printer and a total price computed by the scale.

(b) TOT - after entering a unit price, this key is pressed and a total price is computed.

Special Condition: The sealing means is exempt from providing ready access to components or adjustments as per SGM1/12.

Description: Suite

- 2) une touche TARE utilisée de concert avec les touches numériques pour introduire la tare du plateau pré-déterminée.
- 3) une touche SAVE (conserver) qui permet de régler la balance en mode de pré-emballage.
- 4) une touche CLR (effacer) qui permet d'effacer les données affichées.
- 5) une touche ZERO (zéro) utilisée de concert avec l'interrupteur ON/OFF (marche/arrêt) pour la remise à zéro de la balance.
- 6) une touche "*" qui permet d'obtenir le montant total à payer une fois que la balance est à zéro.

7) lorsque l'appareil est relié à une imprimante à rappel du prix (PLU), les deux touches suivantes sont ajoutées au clavier:

(a) une touche PLU (rappel du prix) qui permet, une fois que l'on a introduit un nombre PLU, à l'imprimante de retrouver le prix unitaire et la tare et à la balance de calculer le prix à payer;

(b) une touche TOT qui permet, après avoir introduit le prix unitaire, d'obtenir le calcul du prix à payer.

Condition particulière: Le plombage n'est pas tenu de permettre l'accès facile aux autres composants ou dispositifs de réglage conformément à la prescription ministérielle SGM1/12.

.../4

Condition of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Reference No.: G6922-N177

Condition d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'application C.R.C.c., 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement, et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

N° de référence: G6922-N177


W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

FEB
FEV 9 1984