



Consumer and
Corporate Affairs Canada
Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada
Métrologie légale

APPROVAL No . N° D'APPROBATION

S.WA-3149 Add. 1

SEP 28 1983

NOTICE OF APPROVAL

THIS ADDENDUM TO BE READ IN CONJUNCTION
WITH S.WA-3149.

Company: Electronic Scale International
P.O. Box 1087
San Gabriel, California
USA 91776

Manufacturer: Electronic Scale Int.
San Gabriel, CA.
USA 91776

Type of Device: Electronic checkstand
scale, or as a stand alone weigh scale.

MODEL NUMBERS
N° de modèles

JK 703ab
JK 704ab

JK 705ab
JK 706ab

CAPACITY
Capacité

15 kg x .005 kg
15 kg x .005 kg with remote digital display/
avec télémètre numérique
9.995 kg x .005 kg
9.995 kg x .005 kg with remote digital display
avec télémètre numérique

The following models of electronic cash
registers when interfaced to (Model No.)
ESI JK-70X scale comprises an electronic
point of scale weighing system.

Les modèles de caisses enregistreuses
énumérés ci-après sont équipés d'un
ensemble de pesage électronique pour
point de vente lorsqu'elles sont reliées
à la balance ESI JK-70X.

<u>MANUFACTURER</u> <u>Fabricant</u>	<u>MODEL</u> <u>INDICATION</u> <u>Modèle</u>
---	--

VICTOR	3108
IBM	3663 series/série
IBM	3683
NCR	1255
NCR	2125
NCR	2557 (NCR 1255 modular system/système modulaire)
NCR	2135
NCR	2140
	2552
	2142 (NCR 1255 modular system/système modulaire)

.../2

Canada

- 2 -

<u>MANUFACTURER</u> <u>Fabricant</u>	<u>MODEL</u> <u>INDICATION</u> <u>Modèle</u>
Sweda	625
Sweda	L50-5600
Sweda	L50-5605
Sweda	L50-5610
Sweda	L50-5615
Sweda	L50-5620
Sweda	L50-5625
Sweda	L50-5626
Sweda	L50-5630
Sweda	L50-5635
Sweda	L50-5640
Sweda	L70-7610
Sweda	L70-7630
Sweda	7627
Sweda	7647 - Modular/modulaire
OMRON	RS40-80
OMRON	RS80-20
OMRON	RS15-50
D.T.S.	440
D.T.S.	540
D.T.S.	219

Special Conditions of Cash Registers
Installations:

(1) The weight display must be easily visible to both the operator and customer from the normal position of "trading". In no instance should the weight display be greater than 45° from the customer's normal line of sight. The weight display must be locked in position.

(2) When installed, the remote display unit must not be located more than two(2) metres from the weighing element.

Conditions particulières d'approbation

(1) Le dispositif d'affichage pondéral doit être facilement visible par le préposé et le client, dans la position normale de commerce. Le dispositif ne devrait en aucun cas se trouver à plus de 45° de la ligne de vision normale du client; il doit être fixé dans cette position.

(2) Le téléindicateur ne doit pas être installé à plus de deux(2) mètres de l'élément de pesage.


- 3 -

Conditions of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Conditions d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au Règlement d'application C.R.C.c., 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit Règlement, et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

Reference No.: G6922-E103

N° de référence: G6922-E103



W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

SEP 28 1983