



Consumer and  
Corporate Affairs Canada  
Legal Metrology

Consommation  
et Corporations Canada  
Métrie léale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-3149 Add. 3

JUL 10 1984

## NOTICE OF APPROVAL

This Notice of Approval supersedes Notice of Approval S.WA-3149 Add. 2 dated March 5, 1984.

THIS ADDENDUM TO BE READ IN CONJUNCTION WITH S.WA-3149.

Company: Electronic Scale International  
P.O. Box 1087  
San Gabriel, California  
USA 91776

Manufacturer: Electronic Scale Int.  
San Gabriel, CA.  
USA 91776

Type of Device: Electronic checkstand scale, or as a stand alone weigh scale.

### MODEL NUMBERS Nº de modèles

JK 703ab

JK 704ab

JK 705ab

JK 706ab

### CAPACITY Capacité

15 kg x .005 kg

15 kg x .005 kg with remote digital display/  
avec téléindicateur numérique

9.995 kg x .005 kg

9.995 kg x .005 kg with remote digital display/  
avec téléindicateur numérique

The following models of electronic cash registers when interfaced to (Model No.) ESI JK-70X scale comprises an electronic point of scale weighing system.

Les modèles de caisses enregistreuses énumérés ci-après sont équipés d'un ensemble de pesage électronique pour point de vente lorsqu'elles sont reliées à la balance ESI JK-70X.

.../2

Canada

CCA-873 (4-82)

- 2 -

<u>MANUFACTURER</u>	<u>MODEL</u>
<u>Fabricant</u>	<u>INDICATION</u>
	<u>Modèle</u>
National Semiconductor	Datachecker/DTS 2101
VICTOR	3108
IBM	3663 series/série
IBM	3683
NCR	255
NCR	1255
NCR	2125
NCR	2557 (NCR 1255 modular system/système modulaire)
NCR	2135
NCR	2140
NCR	2552
NCR	2142 (NCR 1255 modular system/système modulaire)
Sweda	625
Sweda	2820
Sweda	L50-5600
Sweda	L50-5605
Sweda	L50-5610
Sweda	L50-5615
Sweda	L50-5620
Sweda	L50-5625
Sweda	L50-5626
Sweda	L50-5630
Sweda	L50-5635
Sweda	L50-5640
Sweda	L70-7610
Sweda	L70-7630
Sweda	7627
Sweda	7647 - Modular/modulaire
OMRON	RS40-80
OMRON	RS80-20
OMRON	RS15-50
D.T.S.	440
D.T.S.	540
D.T.S.	219

- 3 -

Special Conditions of Cash Registers  
Installations:

(1) The weight display must be easily visible to both the operator and customer from the normal position of "trading". In no instance should the weight display be greater than 45° from the customer's normal line of sight. The weight display must be locked in position.

(2) When installed, the remote display unit must not be located more than two(2) metres from the weighing element.

NOTE: The training mode on the Sweda 2820 is accessed through a managerial x mode.

Conditions of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Reference No.: G6922-E103

Chief  
Legal Metrology Laboratories

W.R. Virtue

Conditions particulières d'approbation

(1) Le dispositif d'affichage pondéral doit être facilement visible par le préposé et le client, dans la position normale de commerce. Le dispositif ne devrait en aucun cas se trouver à plus de 45° de la ligne de vision normale du client; il doit être fixé dans cette position.

(2) Le téléindicateur ne doit pas être installé à plus de deux(2) mètres de l'élément de pesage.

REMARQUE: Le mode de simulation sur le modèle Sweda 2820 est atteint en passant par la clé Gestión (Managerial) x mode.

Conditions d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au Règlement d'application C.R.C.c., 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit Règlement, et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

Nº de référence: G6922-E103

Chef  
Laboratoires de la Métrologie légale

JUL 10 1984