



Consumer and  
Corporate Affairs Canada  
Legal Metrology

Consommation  
et Corporations Canada  
Métrologie légale

APPROVAL No. N° D'APPROBATION

S-WA-3164

JAN - 3 1984

### NOTICE OF APPROVAL

Company: F. Jay Corporation  
5860 Northwest Highway  
Chicago, Illinois  
USA 60631

Manufacturer: Teraoka Seikosho Co. Ltd.  
5-13-12 Kugahara  
Ohta-Ku, Tokyo, Japan  
T146

Type of Device: Fully electronic counter  
computing scale.

Model Number: 3410

Capacity: 30 lb x 0.1 lb or 15 kg x  
0.005 kg

Accessories: Compatible accessories that  
meet the requirements and perform in  
accordance with the Weights and Measures  
Act, Regulations and Specifications may  
be used.

Description: This device is a fully  
electronic counter scale equipped with  
two identical displays: a customer  
display (on the rear of the unit) and an  
operator's display (on the front of the  
unit to the left of the keyboard).

The operators control panel is a sealed  
keyboard with 14 buttons as follows:

10 numeric buttons, designated 0 through  
9.

"CLEAR" button used for clearing previous  
information.

"VOID" button used to cancel items  
entered into the scale's memory and/or to  
reduce the appropriate department total  
(stored in the Label Printer).

### AVIS D'APPROBATION

Société: F. Jay Corporation  
5860 Northwest Highway  
Chicago, Illinois  
USA 60631

Fabricant: Teraoka Seikosho Co. Ltd.,  
5-13-12 Kugahara  
Ohta-Ku, Tokyo, Japan  
T146

Appareil: Balance calculatrice de  
comptoir entièrement électronique.

N° de modèle: 3410

Capacité: 30 lb x 0.1 lb ou 15 kg x  
0.005 kg

Accessoires: Peuvent être utilisés les  
accessoires compatibles qui satisfont  
aux exigences de la Loi, du Règlement et  
des prescriptions ministérielles  
régissant les poids et mesures.

Description: Cet appareil est une  
balance de comptoir entièrement électronique  
comportant deux panneaux d'affichage  
identiques, un pour le client (à  
l'arrière de l'appareil), l'autre pour  
l'opérateur (sur le devant, à gauche du  
clavier).

Le panneau de commande de l'opérateur  
consiste en un clavier scellé réunissant  
les 14 touches suivantes:

10 touches numérotées de 0 à 9;

une touche "CLEAR (effacement)" servant  
à annuler les données antérieures;


une touche "VOID (annulation)" servant à  
annuler les données introduites dans la  
mémoire de la balance ou à réduire le  
total du rayon approprié (stocké dans  
l'imprimante des étiquettes);

.../2

CCA-873 (4-82)

Canada

- 2 -

Description: Continued

"TARE" button used to obtain a Tare.

"PRINT D/\*" button - this button has two functions: (1) used to print a label if the optional label printer is used; (2) used in conjunction with the void key for cancelling items stored in the label printer department memory.

NORMAL/PRE-PACK switch: when in "NORMAL" position the scale will clear any registered weight, tare and price when a minimum net weight of 25g or 0.88 lb is weighed and removed from the platter. The "PRE-PACK" mode is used for pricing Pre-Pack items.

Description: Suite

une touche "TARE (Tare)" qui permet d'obtenir une tare;

une touche "PRINT D/\* (impression D/\*)" qui remplit les deux fonctions suivantes: (1) elle permet l'impression d'une étiquette si l'imprimante d'étiquettes facultative est utilisée et (2) elle est utilisée de concert avec la touche permettant l'annulation des données stockées dans la mémoire de l'imprimante d'étiquettes;

un interrupteur "NORMAL/PRE-PACK (mode normal/pré-emballage)" qui, dans la position "mode normal" permet l'effacement de tout poids enregistré, de la tare et du prix lorsqu'un article d'un poids net minimal de 25g ou 0.88 lb est pesé et enlevé du plateau. Le mode de pré-emballage est utilisé pour établir le prix des articles pré-emballés;

Description: Continued

"ZERO" button used for resetting the scale to zero.

The following annunciators will be found on the device; Tare, Center Zero, Pre-Pack and Code.

Options: Pole display with front and rear viewing elements is available when height is needed to enhance the viewing angle of the display.

Provision for Sealing: The zero and span controls are sealed with wire through two drilled head screws located on the right side of the scale, and also under the platter.

Special Conditions:

(1) The devices are exempt from SGM1/12.

(2) The remote display unit must not be located more than two(2) metres from the weighing element, in no instance must it be oriented at an angle greater than 40° from the customer's normal line of sight.

Conditions of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Reference No.: G6922-J418

Description: Suite

une touche "ZERO (zéro)" qui sert à la remise à zéro de la balance.

La balance comporte les voyants indiquant la tare, le centre du zéro, le mode de pré-emballage et le numéro de code.

Option: Un dispositif d'affichage monté sur une colonne et comportant des indicateurs avant et arrière est disponible lorsque le dispositif d'affichage doit être installé à une certaine hauteur aux fins d'amélioration de l'angle de vision.

Plombage: Le plombage du zéro et des commandes de portée est réalisé à l'aide d'un fil qui traverse deux vis à tête perforée, l'une fixée sur le côté droit de la balance, l'autre sous le plateau.

Conditions particulières:

(1) Les appareils ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences de la spécification ministérielle SGM1/12.

(2) Le téléindicateur ne doit pas être installé à plus de deux(2) mètres de la balance et ne doit, en aucun temps, être situé à un angle de plus de 40° par rapport à la ligne de vision normale du client.

Conditions d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au Règlement d'application C.R.C.c., 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit Règlement, et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

Nº de référence: G6922-J418



W.R. Virtue

Chief  
Legal Metrology Laboratories

... ....

Chef  
Laboratoires de la Métrologie légale

JAN - 3 1984