



Consumer and
Corporate Affairs Canada
Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada
Métrie légal

APPROVAL NO : N° D'APPROBATION

S.WA-3168

FEB 15 1984

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Company: Pennsylvania Scale Company
21 Graybill Road
P.O. Box 566
Leola, PA.
U.S.A. 17540

Manufacturer: Pennsylvania Scale Company
Leola, PA

Type of Device: Electronic low profile weight platform that when interfaced to an approved and compatible digital weight indicator becomes a weighing system.

Société: Pennsylvania Scale Company
21 Graybill Road
P.O. Box 566
Leola, PA
U.S.A. 17540

Fabricant: Pennsylvania Scale Company
Leola, PA

Appareil: Plate-forme de pesage électronique, surbaissée qui, une fois reliée à un indicateur pondéral à affichage numérique, approuvé et compatible, forme un ensemble de pesage.

| <u>Model Numbers</u> <u>N° de modèles</u> | <u>PLATFORM SIZE</u> <u>Dimension de la plate-forme</u> | <u>MAXIMUM CAPACITY*</u> <u>Capacité maximale*</u> |
|--|--|---|
| 6000-2 | 6" x 6" | 1 kg |
| 6000-5 | 8" x 8" | 2.5 kg |
| 6000-10 | 10" x 10" | 5.0 kg |
| 6000-20 | 10" x 10" | 10.0 kg |
| 6000-50 | 12" x 12" | 25.0 kg |
| 6000-70 | 14" x 14" | 35.0 kg |
| 6000-100 | 14" x 14" | 50.0 kg |

*or avoirdupois equivalent.

*ou l'équivalent en avoirdupois.


Accessories: Compatible accessories that meet the requirements and perform in accordance with the Weights and Measures Act, Regulations and Specifications may be used.

Accessoires: Peuvent être utilisés les accessoires compatibles qui satisfont aux exigences de la Loi, du Règlement et des prescriptions ministérielles régissant les poids et mesures.

.../2

S.WA-3168

- 2 -



Description: These devices are electronic platform scales utilizing a single point load cell and comprised of the following:

- 1) A base which is constructed of steel, a bulls eye level, and 4 adjustable locking feet.
- 2) The load receiving unit is fabricated from stainless steel.
- 3) The unit is protected from over loading by 4 adjustable stops, one on each corner.
- 4) The capacities of the load cells vary in relation to the capacity of the scale.

Condition of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Reference No.: G6922-P271

Description: Ces appareils sont des balances électroniques à plate-forme qui fonctionnent au moyen d'une cellule de pesage et qui comprennent les éléments suivants:

- 1) un socle en acier comportant un niveau et des pieds de verrouillage réglables;
- 2) un élément récepteur de charge fabriqué en acier inoxydable;
- 3) 4 butées réglables installées dans chacun des coins de l'appareil le protègent contre toute surcharge;
- 4) une cellule de pesage dont la capacité varie selon la portée de la balance.

Conditions d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'application C.R.C.c. 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

N° de référence: G6922-P271

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

FEB 15 1984