



Consumer and  
Corporate Affairs Canada  
Legal Metrology

Consommation  
et Corporations Canada  
Métrieologie légale

A.3  
APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-3172 Rev. 2 Add. 1

MAY 22 1985

**NOTICE OF APPROVAL**

**AVIS D'APPROBATION**

ADDENDUM

This is an addendum to a Notice of Approval issued to:

Le présent est un addendum à l'avis d'approbation émis à:

W.&T. Avery Limited  
Soho Foundry, Smethwick, Warley  
West Midlands, England  
B66 2LP

**ADD:**

Under title "Capacity" -  
30 lb x .01 lb

**AJOUTER:**

Sous le titre "Capacité" -  
30 lb x .01 lb

Under title "Options":

(4) The scale may be equipped with a prepack mode. The prepack mode is activated by pressing the "V" button. The tare value is then entered through the 0-9 keys or by placing a container on the platter and pressing the "Tare" key.

Sous le titre "Options":

(4) La balance peut être équipée d'un mode pré-emballage. Le mode pré-emballage est activé en pressant la touche "V". Ensuite la valeur est entrée à l'aide des clés 0-9, ou en plaçant un contenant sur le plateau et en appuyant la touche "Tare".

NOTE: The display check is done by powering on the scale.

REMARQUE: La vérification du dispositif d'affichage se fait lors de la mise sous tension.

Chief  
Legal Metrology Laboratories

*W.R. Virtue*  
for W.R. Virtue

MAY 22 1985

Chef  
Laboratoires de la Métrieologie légale

FILE NUMBER / Numéro de dossier:  
O6922-A221-23

**Canada**

CCA-873 (4-82)