



OCT 11 1984

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Company: Shelburne Scale Co.
P.O. Box 885
Shelburne, N.S.
BOT 1W0

Société: Shelburne Scale Co.
P.O. Box 885
Shelburne, N.S.
BOT 1W0

Manufacturer: Shelburne Scale Co.
Shelburne, N.S.

Fabricant: Shelburne Scale Co.
Shelburne, N.S.

Type of Device: Fully electronic low profile weight platform that when interfaced to an approved and compatible indicator becomes a weighing system.

Appareil: Plate-forme de pesage surbaissée, entièrement électronique, qui, une fois reliée à un indicateur approuvé et compatible, forme un ensemble de pesage.

MODEL NUMBER
N° de modèle

CAPACITY*
Capacité*

LOAD CELLS
Cellules de pesage

SSC/100/4848

1000 to/à 5000 lb

Bending beam type. Capacity 4000 lb / Cellules de pesage de flexion. Capacité de 4000 lb.

*or metric equivalent.

*ou l'équivalent métrique

A suffix SS to the model number denotes stainless steel.

Les lettres SS précédant le numéro de modèle désignent les modèles en acier inoxydable (stainless steel).

Accessories: Compatible accessories that meet the requirements and perform in accordance with the Weights and Measures Act, Regulations and Specifications may be used.

Accessoires: Peuvent être utilisés les accessoires compatibles qui satisfont aux exigences de la Loi, du Règlement et des prescriptions ministérielles régissant les poids et mesures.

Description: This is a low profile floor scale measuring 48" x 48" that is fabricated from mild steel or alternately stainless steel. The weighbridge is fitted with bending beam load cells, one on each corner. A load cell junction box is also attached to the weighbridge.

Description: Il s'agit d'une bascule de sol surbaissée, de 48" x 48", fabriquée en acier doux ou encore en acier inoxydable. Le tablier est pourvu de cellules de pesage de flexion, disposées dans chacun des coins. Une boîte de jonction des cellules de pesage est également rattachée au tablier.

Load cell mounts for surface or pit mounting are used to install the scale.

Des supports de cellules de pesage sont employés pour installer la bascule soit au niveau du sol ou dans une fosse.

Conditions of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations C.R.C.c. 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Reference No.: G6922-S337

Conditions d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'application C.R.C.c. 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

N° de référence: G6922-S337



W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

OCT 11 1984