



Consumer and  
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation  
et Corporations Canada

Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-3216 Rev. 1; Add. 1

APR 19 1985

**NOTICE OF APPROVAL**

**AVIS D'APPROBATION**

**ADDENDUM**

This is an addendum to a Notice of Approval issued to:

Le présent est une addition à l'avis d'approbation émis au nom de:

Toledo Scale, Division of  
Reliance Electric Limited  
5220 Creekbank Road  
Mississauga, Ontario  
L4W 1X1

ADD to section "Summary Description":

AJOUTER à la section "Description Sommaire":

The operator's keyboard consists of numeric keys 0 to 9 and keys marked Pre-Pack, Clear, Zero, 100g/½lb, kg for/lb for, Enter, Print and kg/lb.


Le clavier de l'opérateur est constitué de touches numérotées de 0 à 9 et d'autres commandes associées aux fonctions suivantes: pré-emballage, effacement, mise à zéro, 100g/½lb, kg pour/lb pour, introduction, impression et kg/lb.

The scale can be programmed to blank out at 9.995 kg and tare can be programmed for a max. of 9.995 kg or .995 kg.

La balance peut être programmée pour afficher un blanc à 9.995 kg et la tare peut être programmée pour une valeur maximale de 9.995 kg ou .995 kg.

Lb or kg equivalent to any weight values listed are allowed.

Les équivalents en lb ou en kg pour toutes les valeurs pondérales indiquées sont admis.

  
W.R. Virtue

Chief  
Legal Metrology Laboratories

Chef  
Laboratoires de la Métrieologie légale

FILE NUMBER / N° de dossier:  
O6922-T170-23

Canada

CCA-873 (4-82)