



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Méetrologie légale

APPROVAL No. · N° D'APPROBATION

S.WA-3318 Add. 1

APR 12 1988
AVR

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

ADDENDUM

This is an addendum to a Notice of
Approval issued to:

Le présent supplément est un ajout à
l'avis d'approbation émis au nom de:

Tokyo Electric Canada Limited
2 Vulcan Street
Rexdale, Ontario
M9W 1L2

ADD under "Model Designations":
SL-66-15R

AJOUTER sous "Désignations des
modèles": SL-66-15R

ADD under "Rating-Capacity-Range(s)":
15 kg x 0.005 kg

AJOUTER sous "Classement-Capacité-
Étendue(s)": 15 kg x 0.005 kg

ADD under "Summary Description":

AJOUTER sous "Description Sommaire":

Model SL-66-25R is a modular
version of the previously approved
SL-66-15. The weighing platform is a
separate unit, interfaced to the
processing device housed in the
operator's unit.

Le modèle SL-66-15R est une
version modulaire du modèle SL-66-15
précédemment approuvé. La plate-forme
de pesage est une unité séparée qui est
branchée au processeur à l'intérieur de
l'unité d'opération.

The SL-66-15R does not have an
avoirdupois capability.

Le modèle SL-66-15R n'est pas
disponible en version avoirdupois.

W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

FILE/Dossier: 06922-T280
PROJECT/Projet: AP-ML-87-0166

