



Consumer and
Corporate Affairs Canada
Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada
Métrologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-4049 Add 2

FEB 29 1988

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

ADDENDUM

This is an addendum to a Notice of
Approval issued to:

Le présent supplément est un ajout à
l'avis d'approbation émis au nom de:

Fisher Scientific, Division of Allied Canada Inc.
112 Colonnade Road
Nepean, Ontario
K2E 7L6

ADD under "Model Designations":
PM 15

AJOUTER sous "Désignations des modèles"
PM 15

ADD under "Rating-Capacity-Range(s):
16 kg x 1 g

AJOUTER sous "Classement-Capacité-
étendue(s):
16 kg x 1 g

W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

FILE/Dossier: 06922-F210
PROJECT/Projet: AP-ML-87-0168

