



Consumer and
Corporate Affairs Canada
Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada
Métrieologie légale

T-2153
APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-4120

JAN 13 1988

NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Consumer and Corporate Affairs under application by:

Masstron/Toledo - Division of Reliance Electric Limited
5220 Creekbank Road
Mississauga, Ontario
L4W 1X1

for the following devices:

DEVICE TYPE / TYPE D'APPAREIL:

78
Electronic Platform Scale / Balance
plate-forme électronique

MODEL DESIGNATIONS / DÉSIGNATIONS DES MODÈLES:

MT 4420
MT 4440

AVIS D'APPROBATION

Accordée en vertu du pouvoir statutaire du Ministre de Consommation et Corporations à la demande de:

pour les appareils suivants:

MANUFACTURER / FABRICANT:

Masstron/Toledo
Mississauga, Ontario

RATING-CAPACITY-RANGE(S) / CLASSEMENT-CAPACITÉ-ÉTENDUE(S):

20,000 lb
40,000 lb

Or metric equivalent / Ou l'équivalent métrique.

NOTE: This approval applies only to devices, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the information submitted; and are typified by the sample(s) submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 14 and 15 of the Weights and Measures Regulations. The following is a summary of principal features only.

REMARQUE: La présente approbation ne vise que les appareils dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du Règlement sur les poids et mesures. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

SUMMARY DESCRIPTION:

These scales are fully electronic load cell platforms that form a part of a conveyor system, i.e.; the item to be weighed is conveyed on to a platform that is fitted with conveyer rollers, it is weighed then conveyed OFF.

The platforms are supported on 4 Masstron flexmount weigh modules, one on each corner.

<u>MODEL NUMBER</u> <u>N° de modèle</u>	<u>SIZE</u> <u>Dimensions</u>	<u>CAPACITY</u> <u>Capacité</u>	<u>LOAD CELL RATING</u> <u>Cap. des dynamomètres</u>
MT 4420	6.705m X 1m	20,000 lb	5,000 lb
MT 4440	110 $\frac{1}{4}$ " X 74 $\frac{1}{2}$ "	40,000 lb	10,000 lb

The devices herein listed were previously listed on Notice of Temporary Approval S.WA-T215 Revision 3.

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Approval is granted accordingly, pursuant to subsection 3(1) of the said Act.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Ces balances sont des plate-forme de pesage entièrement électroniques, à cellules de pesage, qui font partie d'un transporteur, c'est-à-dire que l'article à peser est transporté sur la plate-forme pourvue de rouleaux où il est pesé, puis déchargé.

Les plate-formes reposent sur 4 modules de pesage de flexion Masstron, installés dans chacun des coins.

<u>MODEL NUMBER</u> <u>N° de modèle</u>	<u>SIZE</u> <u>Dimensions</u>	<u>CAPACITY</u> <u>Capacité</u>	<u>LOAD CELL RATING</u> <u>Cap. des dynamomètres</u>
MT 4420	6.705m X 1m	20,000 lb	5,000 lb
MT 4440	110 $\frac{1}{4}$ " X 74 $\frac{1}{2}$ "	40,000 lb	10,000 lb

Les instruments énumérés dans le présent avis figuraient préalablement sur l'avis d'approbation temporaire S.WA-T215 Revision 3.

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement des types d'appareils identifiés ci-dessus ont été évalués conformément au Règlement et aux prescriptions établis en vertu de la Loi sur les poids et mesures. Par conséquent, une approbation est accordée en application du paragraphe 3(1) de ladite loi.

APPROVAL: Continued

The marking, installation, use and manner of use in trade of devices are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Certification of conformity is required in addition to this approval. Requirements relating to marking are set forth in sections 18 to 26 of the Weights and Measures Regulations. Requirements relating to installation, use and manner of use are set forth in Part V and in specifications established pursuant to section 27 of the said Regulations. Inquiries regarding inspection and certification of conformity should be addressed to the local inspection office of Consumer and Corporate Affairs Canada.

APPROBATION: Suite

Le marquage, l'installation, l'utilisation et le mode d'emploi des appareils sont soumis à l'inspection conformément aux Règlements et aux prescriptions établis en vertu de la Loi sur les poids et mesures. Ils doivent être certifiés conformes en sus d'être approuvés par les présentes. Les exigences de marquage sont définies dans les articles allant de 18 à 26 du Règlement sur les poids et mesures. Les exigences relatives à l'installation, à l'utilisation et au mode d'emploi sont définies dans la partie V et dans les prescriptions établies en vertu de l'article 27 dudit règlement. Toute demande de renseignements sur l'inspection et la certification de conformité doit être adressée au bureau d'inspection local de Consommation et Corporations Canada.



W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de Métrologie légale

FILE/Dossier: 06922-M1027-10
PROJECT/Projet: AP-ML-80-9008

JAN 13 1988