



Consumer and
Corporate Affairs Canada
Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada
Métrologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-4125

JAN 25 1988

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Issued by statutory authority of the
Minister of Consumer and Corporate
Affairs under application by:

Accordée en vertu du pouvoir statutaire
du Ministre de Consommation et Corpor-
ations à la demande de:

W&T Avery Ltd.
Smethwick Warley West Midlands
England B662LP

for the following devices:

pour les appareils suivants:

**DEVICE TYPE /
TYPE D'APPAREIL:**

15 Electronic Bench Scale / Balance de
table électronique

**MANUFACTURER /
FABRICANT:**

W&T Avery Ltd.
West Midlands, England/Angleterre

**MODEL DESIGNATIONS /
DÉSIGNATIONS DES MODÈLES:**

H300

**RATING-CAPACITY-RANCE(S) /
CLASSEMENT-CAPACITÉ-ÉTENDUE(S):**

150 kg x 0.05 kg / 300 lb x 0.1 lb
60 kg x 0.02 kg / 120 lb x 0.05 lb

NOTE: This approval applies only to
devices, the design, composition,
construction and performance of which
are, in every material respect,
identical to that described in the
information submitted; and are typified
by the sample(s) submitted by the
applicant for evaluation for approval
in accordance with sections 14 and 15
of the Weights and Measures Regula-
tions. The following is a summary of
principal features only.

REMARQUE: La présente approbation ne
vise que les appareils dont la concep-
tion, la composition, la construction
et le rendement sont identiques, en
tout point, à ceux qui sont décrits
dans la documentation reçue et pour
lesquels des échantillons repré-
sentatifs ont été fournis par le requérant
aux fins d'évaluation, conformément aux
articles 14 et 15 du Règlement sur les
poids et mesures. Ce qui suit est une
brève description de leurs principales
caractéristiques.

Canada

SUMMARY DESCRIPTION:

The approved device is a free standing self contained electronic bench scale designed for use with approved and compatible electronic weight indicators to provide a complete weighing system.

The base frame is fabricated from stainless steel or mild steel and can be levelled by means of four (4) adjustable locking feet and a bullseye level.

Weight is sensed by a single bending beam load cell which is attached to the base of the device.

The load cell is protected from overloading by means of adjustable stops.

The skirted stainless steel platter is supported by a steel spider which is bolted to the load cell.

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Approval is granted accordingly, pursuant to subsection 3(1) of the said Act.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Il s'agit d'une balance de tabl[e] électronique autonome conçue pour être utilisée avec des indicateurs pondéraux électroniques compatibles et approuvés afin de constituer un ensemble de pesage complet.

Le socle fabriqué en acier inoxydable, ou en acier doux, peut être mis de niveau à l'aide de quatre (4) pieds réglables verrouillables et d'une bulle de mise au niveau.

Le poids est capté par une cellule de pesage de flexion simple qui est fixée au socle de l'appareil.

La cellule de pesage est protégée contre toute surcharge par des butées réglables.

Le plateau à rebord en acier inoxydable repose sur une araignée boulonnée à la cellule de pesage.

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement des types d'appareils identifiés ci-dessus ont été évalués conformément au Règlement et aux prescriptions établis en vertu de la Loi sur les poids et mesures. Par conséquent, une approbation est accordée en application du paragraphe 3(1) de ladite loi.


APPROVAL: Continued

The marking, installation, use and manner of use in trade of devices are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Certification of conformity is required in addition to this approval. Requirements relating to marking are set forth in sections 18 to 26 of the Weights and Measures Regulations. Requirements relating to installation, use and manner of use are set forth in Part V and in specifications established pursuant to section 27 of the said Regulations. Inquiries regarding inspection and certification of conformity should be addressed to the local inspection office of Consumer and Corporate Affairs Canada.

APPROBATION: Suite

Le marquage, l'installation, l'utilisation et le mode d'emploi des appareils sont soumis à l'inspection conformément aux Règlements et aux prescriptions établis en vertu de la Loi sur les poids et mesures. Ils doivent être certifiés conformes en sus d'être approuvés par les présentes. Les exigences de marquage sont définies dans les articles allant de 18 à 26 du Règlement sur les poids et mesures. Les exigences relatives à l'installation, à l'utilisation et au mode d'emploi sont définies dans la partie V et dans les prescriptions établies en vertu de l'article 27 dudit règlement. Toute demande de renseignements sur l'inspection et la certification de conformité doit être adressée au bureau d'inspection local de Consommation et Corporations Canada.

Chief
Legal Metrology Laboratories




W.R. Virtue

Chef
Laboratoires de Métrologie légale

FILE/Dossier: 06922-A221
PROJECT/Projet: AP-ML-87-0084

JAN 25 '088

S.WA-4125



H300 Bench Scale
