



Consumer and  
Corporate Affairs Canada  
Legal Metrology

Consommation  
et Corporations Canada  
Métrologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-T4350 Rev. 1

AUG 17 1989

NOTICE OF CONDITIONAL APPROVAL

AVIS D'APPROBATION CONDITIONNELLE

Issued by statutory authority of the Minister  
of Consumer and Corporate Affairs Canada  
for (category of device):

Electronic Platform Scales

Émis en vertu du pouvoir statutaire du  
Ministre de Consommation et Corporations  
Canada, pour (catégorie d'appareil):

Balance plate-forme électronique

APPLICANT / REQUÉRANT:

Senstek Limited  
809-46th Street, East  
Saskatoon, Saskatchewan  
S7K 0X1

MANUFACTURER / FABRICANT:

Senstek Limited  
Saskatoon, Saskatchewan

MODEL(S) / MODÈLE(S):

FS1.5L-P  
FS3L-P  
FS6L-P  
FS12L-P  
FS24L-P  
FS30L-P

RATING / CLASSEMENT:

1.5 tonnes  
3 tonnes  
6 tonnes  
12 tonnes  
24 tonnes  
30 tonnes

NOTE: This approval applies only to devices, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 14 and 15 of the Weights and Measures Regulations. The following is a summary of principal features only.

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les appareils dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du Règlement sur les poids et mesures. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

**SUMMARY DESCRIPTION:**

The approved device is an electronic platform scale that when interfaced to an approved and compatible digital weight indicator forms a weighing machine.

The weighbridge is fabricated using HSS Steel (Hollow Structural Shapes) and will be topped with a wood, steel, or concrete deck. For each model number of scale shown, there is a minimum length and width as well as a maximum length and width, these variable dimensions are sized in increments of 6" and are reflected in the model number designations, for example a model FS12L-4-19(P) would indicate as follows:

FS12L	= Floor Scale 12 tons cap.
-4	= width in feet
-19	= length in feet
(P)	= indicates Portable Scale

When used as a portable scale the weighbridge is fitted with a level indicator, lockable levelling feet and a link bar to provide stability. A fence or rail may be used with these devices for livestock weighing.

Weight is sensed on cantilever load cells mounted in a load bar arrangement. The load bars are fabricated from square or rectangular steel tubing and steel angles, each load bar contains two load cells.

**DESCRIPTION SOMMAIRE:**

L'appareil approuvé est une bascule à tablier électronique qui, lorsqu'elle est reliée à un indicateur pondéral à affichage numérique approuvé et compatible, constitue un ensemble de pesage.

Le châssis récepteur est fabriqué à l'aide de profilés creux en acier et est revêtu d'un tablier en bois, en acier, ou en béton. Pour chaque numéro de modèle de balance indiqué, il existe des valeurs minimales et maximales pour la longueur et la largeur. Ces dimensions variables augmentent par tranches de 6po et sont représentées dans la désignation du modèle. Par exemple, le modèle FS12L-4-19(P) peut être interprété comme suit:

FS12L	= Bascule de sol d'une capacité de 12 tonnes
-4	= largeur en pieds
-19	= longueur en pieds
(P)	= bascule mobile

Dans le cas des modèles mobiles, le châssis récepteur est muni d'un indicateur à niveau, de pieds réglables verrouillables et d'un tirant de stabilisation. Une ridelle ou un rail peut être utilisé avec ces appareils pour le pesage du bétail.

Le poids est capté par des cellules de pesage de flexion installées sur des barres de chargement. Chacune de ces barres est construite à l'aide de tubes en acier carrés ou rectangulaires et de cornières en acier et comprend deux cellules de pesage.

<u>MODEL NUMBER</u> <u>N° de modèle</u>	<u>WIDTH</u> <u>Largeur</u>	<u>LENGTH</u> <u>Longueur</u>	<u>CAPACITY</u> <u>Capacité</u>	<u>N° OF LOAD CELLS / N° de cellules de pesage</u>	<u>LOAD CELL CAPACITY</u> <u>Cap. des cellules de pesage</u>
	<u>MIN. IN FEET</u>	<u>MAX. IN FEET</u>	<u>TONNES</u>		
FS1.5L-P	5	8	1.5	4	500 kg
FS3 L-P	5	8	3	4	1000 kg
FS6L-P	5	10	6	4	2000 kg
FS12L-P	4	12	12	4	4000 kg
FS24L-P	5	14	24	4	7500 kg
FS30L-P	5	20	30	4	10000 kg

**APPROVAL:**

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 3(2) of the said Act.

The marking, installation, use and manner of use in trade of devices are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Requirements relating to marking are set forth in sections 18 to 26 of the Weights and Measures Regulations. Installation and use requirements are set forth in Part V and in specifications established pursuant to section 27 of the said Regulations. A verification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Consumer and Corporate Affairs Canada.

**APPROBATION:**

La conception, la composition, la construction et le rendement du (des) type(s) d'appareils identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis sous la Loi sur les poids et mesures, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 3(2) de ladite Loi.

Le marquage, l'installation et l'utilisation des appareils sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis sous la Loi sur les poids et mesures. Les exigences de marquage sont définies dans les articles 18 à 26 du Règlement sur les poids et mesures. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans la partie V et dans les prescriptions établies en vertu de l'article 27 dudit règlement. Une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Consommation et Corporations Canada.

## TERM AND CONDITIONS:


All devices installed under authority of this approval shall be modified as may be necessary to meet applicable regulations and specifications.

Prior to selling any device of the type(s) identified herein, the seller shall make known to the buyer in writing the following information:

- (1) that final approval is contingent on the results of inspections carried out on devices in service being satisfactory, and
- (2) that any non-compliance with regulations and specifications that govern approval will be corrected by the applicant.

The manager of the Mass Metrology Laboratory of the Department of Consumer and Corporate Affairs at Ottawa shall be notified in writing prior to installation of each device sold, leased or otherwise disposed of for use in trade and the total number of devices installed shall not exceed ten.

Unless its extension is authorized in writing by the undersigned, this approval shall expire two years from the original date of issue, February 17, 1989 - February 17, 1991.



for  
W.R. Virtue

Chief,  
Legal Metrology Laboratories

## TERMES ET CONDITIONS:

Tout appareil installé en vertu de cette approbation doit être modifié comme il se doit afin de satisfaire à toutes les exigences pertinentes.

Avant de vendre tout appareil du (des) type(s) identifié(s) ci-dessus, le vendeur doit fournir à l'acheteur par écrit les renseignements suivants:

- (1) que l'approbation finale ne sera accordée que sous réserve de résultats satisfaisants obtenus lors d'inspections en service, et
- (2) que toute dérogation au Règlement et aux prescriptions régissant l'approbation devra être corrigée par le requérant.

Le gérant du Laboratoire des masses, Consommation et Corporations Canada, à Ottawa, doit être notifié, par écrit, à l'avance de l'installation de chaque appareil vendu, loué ou cédé de quelques autres façons pour utilisation dans le commerce, et le nombre total des installations ne doit pas dépasser dix.

A moins que la prolongation soit autorisée, par écrit, par le soussigne la présente approbation expire deux ans après la date originale d'émission, février 17, 1989 - février 17, 1991.

**AUG 17 1989**

Date

Chef,  
Laboratoires de la Métrologie légale