



Consumer and  
Corporate Affairs Canada  
Legal Metrology

Consommation  
et Corporations Canada  
Métrie léale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

AM-4769

JUN 24 1992

NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister  
of Consumer and Corporate Affairs Canada  
for (category of device):

Electronic Pit Type Vehicle Scale

AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du  
Ministre de Consommation et Corporations  
Canada, pour (catégorie d'appareil):

Pont-bascule routier électronique avec fosse

APPLICANT / REQUÉRANT:

Active Scale Manufacturing Inc.  
6 Adam Street  
Paris, Ontario  
N3L 3E5

MANUFACTURER / FABRICANT:

Active Scale Manufacturing Inc.  
Paris, Ontario

MODEL(S) / MODÈLE(S):

SERIES/Série AS-\*.\*\*-P

RATING / CLASSEMENT:

80 TO/à 100 TONS/Tonnes

Avoirdupois or Metric / Avoirdupoids ou  
métrique

NOTE: This approval applies only to devices, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 14 and 15 of the Weights and Measures Regulations. The following is a summary of principal features only.

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les appareils dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du Règlement sur les poids et mesures. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

SUMMARY DESCRIPTION:

This device is an electronic motor truck scale that when interfaced to an approved and compatible digital weight indicator becomes a weighing system.

The weighbridge of the Pit scale is manufactured from 2 main I beams longitudinally mounted and parallel to smaller beams. Transversal beams sit underneath the longitudinal beams. Weight is sensed on double ended shear beam load cells of equal capacity.

These weighbridges are available with a steel, wood, precast concrete or a poured in place concrete deck.

Model number coding :

Example: AS-1070-100P

AS = Active Scale Mfg. Inc.

10 = width, 10ft.

70 = length, 70 ft.

100 = capacity in tonnes, metric or  
avoirdupois

P = pit type

PV = portable vehicle, with a frame

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Cet appareil est un pont-bascule routier électronique pour camions, qui une fois relié à un indicateur numérique, approuvé et compatible, forme un ensemble de pesage.

L'élément peseur avec fosse est fabriqué longitudinalement de 2 poutres maîtresses en I parallèle à des poutres de plus petites dimensions. Des traverses en I siège sous les petites poutres longitudinales. Le poids est détecté par des cellules de pesage de cisaillement à double extrémité de capacité uniforme.

Ces bascules peuvent être livrées avec un pont en acier, en bois, en béton précontraint ou en béton coulé sur place.

Code du numéro de modèle :

Exemple: AS-1070-100P

AS = Active Scale Mfg. Inc.

10 = 10 pi de largeur

70 = 70 pi de longueur

100 = capacité en tonnes, métriques ou  
avoirdupoids

P = pont bascule avec fosse

PV = portatif pour véhicule munie d'un  
châssis

MINIMUM

LOAD CELL CAPACITY X 1000 LB

Capacité minimum des cel.de  
pesage x 1000 lb

3 SECTIONS

AS-1050-80-P

60 T0/à 75

4 SECTIONS


AS-1070-100-P

60 T0/à 75


The devices herein listed were previously listed on Notice of Conditional Approval S.WA-T4248 REV.1 ("FD" FLAT DECK scale see S.WA-4248, "DT" "DRIVE THRU" type see AM-4768).

Les appareils énumérés dans le présent avis figuraient préalablement sur l'avis d'approbation conditionnelle S.WA-T4248 REV.1 ("FD" pont plat voir S.WA-4248, "DT" type "DRIVE THRU" voir AM-4768).

**PIT SCALE CONFIGURATION**  
Configuration des balances avec fosse



**STEEL DECK**  
 Tablier d'acier



**CONCRETE OR WOOD DECK**  
 Tablier de béton ou de bois

**APPROVAL:**

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 3(1) of the said Act.

The marking, installation, use and manner of use in trade of devices are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Requirements relating to marking are set forth in sections 18 to 26 of the Weights and Measures Regulations. Installation and use requirements are set forth in Part V and in specifications established pursuant to section 27 of the said Regulations. A verification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Consumer and Corporate Affairs Canada.

**APPROBATION:**

La conception, la composition, la construction et le rendement du (des) type(s) d'appareils identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis sous la Loi sur les poids et mesures, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 3(1) de ladite Loi.

Le marquage, l'installation et l'utilisation des appareils sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis sous la Loi sur les poids et mesures. Les exigences de marquage sont définies dans les articles 18 à 26 du Règlement sur les poids et mesures. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans la partie V et dans les prescriptions établies en vertu de l'article 27 dudit règlement. Une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Consommation et Corporations Canada.

W.R. Virtue

Chief,  
 Legal Metrology Laboratories

JUN 24 1992

Date

Chef,  
 Laboratoires de la Métrologie légale